

| ITENS | DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO) | UNID. | QUANT. | EMPRESA, MARCA, MODEL O | OBSERVAÇÕES |
|-------|--|---------|--------|--|---------------|
| 1 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - FITA ADESIVA ZEBRADA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (INDICADOR QUÍMICO CLASSE I) 19MM X 50M, COR BEGE, INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL, APÓS A AUTOCLAVAGEM APRESENTAR NO MÍNIMO 3 LISTRAS A CADA 5 CM DE FITA BEM IDENTIFICÁVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, APRESENTAÇÃO ROLO DE NO MÍNIMO 30 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVENDO ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA | ROLO | 9.912 | EMPRESA: REALMED MARCA: 3M | ATENDE EDITAL |
| 2 | PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TAMANHO 110MMX 30M, QUADRICULADO NO PADRÃO DO EXAME, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PHILLIPS TC 10. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UNID | 528 | EMPRESA: MULTIMEDIA MARCA: TECNOPRINT | ATENDE EDITAL |
| 3 | PAPEL TERMOSENSÍVEL COMPATÍVEL COM CARDIOTOCÓGRAFO DA MARCA GENERAL MEDITECH G6A, APRESENTAÇÃO BLOCOS COM 150 FOLHAS MEDIDAS 112X100MM. REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | UNIDADE | 108 | EMPRESA: MMED MARCA: TECNOPRINT | ATENDE EDITAL |
| 4 | COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. | PCT | 15.600 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: JPROLAB | ATENDE EDITAL |
| 5 | COLETOR UNIVERSAL 80ML NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A | PCT | 20.030 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: JPROLAB | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|----------|--------|--|---------------|
| | EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. | | | | |
| 6 | COLETOR PARA URINA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO , COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA, COM CAPACIDADE PARA 1200ML, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. | UNID | 6.218 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: MEDSONDA | ATENDE EDITAL |
| 7 | COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. | PCT | 480 | EMPRESA: REALMED MARCA: JPROLAB | ATENDE EDITAL |
| 8 | COLETOR UNIVERSAL 80ML NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. | PCT | 490 | EMPRESA: REALMED MARCA: JPROLAB | ATENDE EDITAL |
| 9 | COLETOR PARA URINA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO , COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA, COM CAPACIDADE PARA 1200ML, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. | UNID | 502 | EMPRESA: REALMED MARCA: MEDSONDA | ATENDE EDITAL |
| 10 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, DEVE POSSUIR EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, FÁCIL DE RASGAR. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVENDO ESTAR IMPRESSO DADOS | ROL O | 10.584 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: CIEX | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|--|----------|--------|--|--|
| | DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | | | | |
| 11 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, DEVE POSSUIR EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, FÁCIL DE RASGAR. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVENDO ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | ROL O | 3.528 | EMPRESA: REALMED MARCA: MISSNER | ATENDE EDITAL |
| 12 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR , APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | UND | 85.023 | EMPRESA: SENA MARCA: MED COMPANY N95 | CONFORME FOLDER ENVIADO, MÁSCARA OFERTADA POSSUI FIXAÇÃO NAS ORELHAS, NO EDITAL SOLICITA FIXAÇÃO NA CABEÇA, QUE É MENOS TRAUMÁTICA. NÃO ATENDE EDITAL. |
| 13 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR , APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. | ROL O | 28.341 | EMPRESA: M MED MARCA: NEVE | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|----------------------|
| | INODORA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | | | | |
| 14 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA | UND | 2.698 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |
| 15 | BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 1 DESTA LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. | UND | 2.722 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |
| 16 | ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO | UND | 1.606 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|----------------------|
| | DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. POSSUI VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA | | | | |
| 17 | BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON, FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 3 DESTE LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. | UND | 1.558 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |
| 18 | ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE COM PEDESTAL E RODÍZIOS PODENDO TAMBÉM SER FIXADO EM MESA E PAREDE, TAMANHO ADULTO POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); LIVRE DE MERCÚRIO, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UND | 1.506 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|---|-----------------------------|
| 19 | <p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA</p> | UND | 110 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | <p>ATENDE EDITAL</p> |
| 20 | <p>BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON, FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 1 DESTA LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.</p> | UND | 110 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | <p>ATENDE EDITAL</p> |
| 21 | <p>ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO</p> | UND | 110 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | <p>ATENDE EDITAL</p> |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|----------------------|
| | INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. POSSUI VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA | | | | |
| 22 | BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON, FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 3 DESTE LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. | UND | 110 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |
| 23 | ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE COM PEDESTAL E RODÍZIOS PODENDO TAMBÉM SER FIXADO EM MESA E PAREDE, TAMANHO ADULTO POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); LIVRE DE MERCÚRIO, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UND | 114 | EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC | ATENDE EDITAL |
| 24 | ESFIGMOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADOLESCENTE. COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAÇÃO MANUAL E DESINFLAÇÃO AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE | UND | 1.237 | EMPRESA: REALMED MARCA: G- TECH | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|----------------------|
| | DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA PARA ADOLESCENTE. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA - RDC NO 59/2000. ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA. | | | | |
| 25 | ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS; MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO COM 22-32CM). DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA. | UND | 1.802 | EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH | ATENDE EDITAL |
| 26 | ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PARA OBESOS. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA | UND | 1.490 | EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH | ATENDE EDITAL |
| 27 | ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADOLESCENTE. COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA PARA ADOLESCENTE. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA - RDC NO 59/2000. ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA. | UND | 107 | EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|----------------------|
| 28 | ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS; MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO COM 22-32CM). DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA. | UND | 106 | EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH | ATENDE EDITAL |
| 29 | ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PARA OBEOSOS. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS A ENTREGA | UND | 106 | EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH | ATENDE EDITAL |
| 30 | ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES . COM REGISTRO NA ANVISA . | UND | 2.457 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: PREMIUM | ATENDE EDITAL |
| 31 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTIALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES . COM REGISTRO NA ANVISA . | UND | 1.350 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: PREMIUM | ATENDE EDITAL |
| 32 | ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA | UND | 819 | EMPRESA: REALMED MARCA: PREMIUM | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|----------------------|
| | AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA. | | | | |
| 33 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTIALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 450 | EMPRESA: REALMED MARCA: PREMIUM | ATENDE EDITAL |
| 34 | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA INDICADO PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. MEDIDO POR INFRAVERMELHO SEM CONTATO, PARA MEDIR TEMPERATURA A TESTA. VISOR DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, VISOR NÍTIDO, VISO GERAL.1 SEGUNDO DE MEDIÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA. PROJETADO COM FUNDO DE ALARME, AVISA SE A TEMPERATURA CORPORAL É SUPERIOR A 380 PELA CONFIGURAÇÃO PREDEFINIDA DO ALARME.2 CORES DE LUZ DE FUNDO INFORMA A SITUAÇÃO DIFERENTE DO CORPO. ALIMENTADO POR PILHAS. DESIGN ERGONÔMICO, CONFORTÁVEL DE MANUSEAR. MATERIAL: ABS. DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 34-6 CM (± 1 CM). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 20 SEGUNDOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: CORPO HUMANO: 10°C - 50°C; EXATIDÃO: CORPO HUMANO: ± 0,3 °C; 22°C ~ 40 °C. POSSUI REGISTRO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 2.098 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: YIN'S PRIME REALTH | ATENDE EDITAL |
| 35 | TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | UND | 3.452 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: SOLIDOR | ATENDE EDITAL |
| | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA INDICADO PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. MEDIDO | | | EMPRESA: REGIONAL MARCA: | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|---|----------------------|
| 36 | <p>POR INFRAVERMELHO SEM CONTATO, PARA MEDIR TEMPERATURA A TESTA. VISOR DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, VISOR NÍTIDO, VISO GERAL.1 SEGUNDO DE MEDIÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA. PROJETADO COM FUNDO DE ALARME, AVISA SE A TEMPERATURA CORPORAL É SUPERIOR A 380 PELA CONFIGURAÇÃO PREDEFINIDA DO ALARME.2 CORES DE LUZ DE FUNDO INFORMA A SITUAÇÃO DIFERENTE DO CORPO. ALIMENTADO POR PILHAS. DESIGN ERGONÔMICO, CONFORTÁVEL DE MANUSEAR. MATERIAL: ABS. DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 34-6 CM (± 1 CM). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 20 SEGUNDOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: CORPO HUMANO: 10°C - 50°C; EXATIDÃO: CORPO HUMANO: ± 0,3 °C: 22°C ~ 40 °C. POSSUI REGISTRO NO INMETRO.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA.</p> | UND | 470 | MULTILASER | |
| 37 | <p>TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p> | UND | 628 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: SOLIDOR | ATENDE EDITAL |
| 38 | <p>GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA, CONDUTOR PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA POR MEIO DE CONTATO, INODORO, INCOLOR, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ALERGÊNICAS, COM BOA CONDUTIVIDADE. DEVE SER FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p> <p>PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA</p> | UND | 3.972 | EMPRESA: REALMED MARCA: CARBOGEL | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|----------------------|
| | COM 250 ML. | | | | |
| 39 | GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA , CONDUTOR PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA POR MEIO DE CONTATO, INODORO, INCOLOR, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ALERGÊNICAS, COM BOA CONDUTIVIDADE. DEVE SER FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 500 ML. | UND | 1.644 | EMPRESA: REALMED MARCA: CARBOGEL | ATENDE EDITAL |
| 40 | GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA , CONDUTOR PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA POR MEIO DE CONTATO, INODORO, INCOLOR, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ALERGÊNICAS, COM BOA CONDUTIVIDADE. DEVE SER FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 1000 ML. | UND | 708 | EMPRESA: REALMED MARCA: CARBOGEL | ATENDE EDITAL |
| 41 | FILME UPP – 110 S COMPATÍVEL COM O VÍDEO PRINTER SONY 897 E 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M. | UND | 241 | EMPRESA: REGIONAL MARCA: MEDPEX | ATENDE EDITAL |
| 42 | FILME UPP – 110 S COMPATÍVEL COM O VÍDEO PRINTER SONY 897 E 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M. | UND | 59 | EMPRESA: REALMED MARCA: MEDPEX | ATENDE EDITAL |
| | ELETRODO , DE ESPUMA PARA ECG HIDROGEL ADESIVO CONDUTIVO SUBSTRATO DE ESPUMA DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE A FLUIDOS | | | EMPRESA: REGIONAL MARCA: | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|--|----------------------|
| 43 | QUE ADIRA FACILMENTE A PELE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . PACOTE COM 50UND. | PCT | 28.660 | SOLIDOR | |
| 44 | ELETRODO , DE ESPUMA PARA ECG HIDROGEL ADESIVO CONDUTIVO SUBSTRATO DE ESPUMA DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE A FLUIDOS QUE ADIRA FACILMENTE A PELE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . PACOTE COM 50UND. | PCT | 2.156 | EMPRESA: REALMED MARCA: SOLIDOR | ATENDE EDITAL |
| 45 | MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO ADULTO , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXÃO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA . | UND | 3.592 | EMPRESA: REALMED MARCA: DARU | ATENDE EDITAL |
| 46 | MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO INFANTIL , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXÃO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA . | UND | 3.712 | EMPRESA: REALMED MARCA: DARU | ATENDE EDITAL |
| 47 | MÁSCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, | UND | 1.953 | EMPRESA: REALMED MARCA: DARU | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|---------------|
| | EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTEZ INFORMACOES: PROCEDENCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | | | | |
| 48 | MÁSCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTEZ INFORMACOES: PROCEDENCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | UND | 2.008 | EMPRESA: REALMED MARCA: DARU | ATENDE EDITAL |
| 49 | MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZACAO USO ADULTO , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRACAO DE GAS. COPO COM INDICACAO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXAO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTEZ INFORMACOES: DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA. | UND | 800 | EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED | ATENDE EDITAL |
| 50 | MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZACAO USO INFANTIL , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA EVITAR CONCENTRACAO DE GAS. COPO COM INDICACAO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXAO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTEZ INFORMACOES: DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA. | UND | 800 | EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED | ATENDE EDITAL |
| 51 | MÁSCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTEZ INFORMACOES: PROCEDENCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | UND | 435 | EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|--|----------------------|
| 52 | MÁSCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA . | UND | 500 | EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED | ATENDE EDITAL |
| 53 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA , DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TNT, TRIPLA CAMADA, PROPORCIONA EFICIÊNCIA BACTERIANA MÍNIMA DE 95%, CLIPE NASAL DE ALUMÍNIO DE 14 CM DE COMPRIMENTO, TIRAS SUPER RESISTENTE, ATÓXICO, SOLDAGEM POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR N ° LOTE, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA . | CAIXA | 77.089 | EMPRESA: STAR MARCA: DESCARPA CK | ATENDE EDITAL |
| 54 | MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO , COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12 L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO ADULTO. POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA | UND | 1.744 | EMPRESA: STAR MARCA: PROTEC | ATENDE EDITAL |
| | MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO , COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO | | | EMPRESA: STAR MARCA: PROTEC | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|--|----------------------|
| 55 | DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO INFANTIL/ PEDIÁTRICO POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA | UND | 1.236 | | |
| 56 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA , DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TNT, TRIPLA CAMADA, PROPORCIONA EFICIÊNCIA BACTERIANA MÍNIMA DE 95%, CLIPE NASAL DE ALUMÍNIO DE 14 CM DE COMPRIMENTO, TIRAS SUPER RESISTENTE, ATÓXICO, SOLDAGEM POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTERIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, COR BRANCA, TAMANHO UNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR N° LOTE, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA . | CAIXA | 3.251 | EMPRESA: REALMED MARCA: DESCARBOX | ATENDE EDITAL |
| 57 | MÁSCARA DE VENTURI , CONFECCIONADA EM VINIL MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12 L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO ADULTO. POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, | UND | 500 | EMPRESA: REALMED MARCA: MD | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|--|----------------------|
| | REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA | | | | |
| 58 | MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO INFANTIL/ PEDIÁTRICO POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA | UND | 300 | EMPRESA: REALMED MARCA: MD | ATENDE EDITAL |
| 59 | PAPEL TERMOREATIVO ROLO COMPATÍVEL COM APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO DA MARCA BIONET, MEDINDO 210MMX30M, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | UND | 276 | EMPRESA: MULTIMEDI K MARCA: TECNOPRI NT | ATENDE EDITAL |
| 60 | PAPEL ROLO TERMOREATIVO COMPATÍVEL COM APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO EDAN MEDINDO 80MM X 30M.REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | UND | 84 | EMPRESA: MULTIMEDI K MARCA: TECNOPRI NT | ATENDE EDITAL |
| 61 61 | MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO PARA OXIGENIOTERAPIA. CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM | UND | 1.656 | EMPRESA: REALMED MARCA: PROTEC | ATENDE EDITAL |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---|----------------------|
| | 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. TAMANHO ADULTO. REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | | | | |
| 62 | MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO PARA OXIGENIOTERAPIA CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. TAMANHO INFANTIL. REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. | UND | 1.152 | EMPRESA: REALMED MARCA: PROTEC | ATENDE EDITAL |