

ITENS	DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO)	UNID.	QUANT.	EMPRESA, MARCA, MODEL O	OBSERVAÇÕES
1	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - FITA ADESIVA ZEBRADA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (INDICADOR QUÍMICO CLASSE I) 19MM X 50M, COR BEGE, INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL, APÓS A AUTOCLAVAGEM APRESENTAR NO MÍNIMO 3 LISTRAS A CADA 5 CM DE FITA BEM IDENTIFICÁVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, APRESENTAÇÃO ROLO DE NO MÍNIMO 30 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVENDO ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	ROLO	9.912	EMPRESA: REALMED MARCA: 3M	ATENDE EDITAL
2	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TAMANHO 110MMX 30M, QUADRICULADO NO PADRÃO DO EXAME, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PHILLIPS TC 10. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	528	EMPRESA: MULTIMEDIA MARCA: TECNOPRINT	ATENDE EDITAL
3	PAPEL TERMOSENSÍVEL COMPATÍVEL COM CARDIOTOCÓGRAFO DA MARCA GENERAL MEDITECH G6A, APRESENTAÇÃO BLOCOS COM 150 FOLHAS MEDIDAS 112X100MM. REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	UNIDADE	108	EMPRESA: MMED MARCA: TECNOPRINT	ATENDE EDITAL
4	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	PCT	15.600	EMPRESA: REGIONAL MARCA: JPROLAB	ATENDE EDITAL
5	COLETOR UNIVERSAL 80ML NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A	PCT	20.030	EMPRESA: REGIONAL MARCA: JPROLAB	ATENDE EDITAL

	EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.				
6	COLETOR PARA URINA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO , COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA, COM CAPACIDADE PARA 1200ML, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UNID	6.218	EMPRESA: REGIONAL MARCA: MEDSONDA	ATENDE EDITAL
7	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	PCT	480	EMPRESA: REALMED MARCA: JPROLAB	ATENDE EDITAL
8	COLETOR UNIVERSAL 80ML NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCA. SEM APRESENTAR VAZAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	PCT	490	EMPRESA: REALMED MARCA: JPROLAB	ATENDE EDITAL
9	COLETOR PARA URINA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO , COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA, COM CAPACIDADE PARA 1200ML, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UNID	502	EMPRESA: REALMED MARCA: MEDSONDA	ATENDE EDITAL
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, DEVE POSSUIR EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, FÁCIL DE RASGAR. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVENDO ESTAR IMPRESSO DADOS	ROL O	10.584	EMPRESA: REGIONAL MARCA: CIEX	ATENDE EDITAL

	DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.				
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, DEVE POSSUIR EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, FÁCIL DE RASGAR. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVENDO ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	ROL O	3.528	EMPRESA: REALMED MARCA: MISSNER	ATENDE EDITAL
12	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR , APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	UND	85.023	EMPRESA: LIFE CARE MARCA: LIFE CARE/N95 PFF2	CONFORME FOLDER ENVIADO, MÁSCARA OFERTADA POSSUI FIXAÇÃO NAS ORELHAS, NO EDITAL SOLICITA FIXAÇÃO NA CABEÇA, QUE É MENOS TRAUMÁTICA. NÃO ATENDE EDITAL.
13	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR , APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA.	ROL O	28.341	EMPRESA: M MED MARCA: NEVE	ATENDE EDITAL

	INODORA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS COMO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.				
14	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UND	2.698	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
15	BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 1 DESTES LOTES (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UND	2.722	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
16	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA, ARO DE BORRACHA ANTI IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO	UND	1.606	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL

	DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. POSSUI VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA				
17	BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON, FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 3 DESTA LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UND	1.558	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
18	ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE COM PEDESTAL E RODÍZIOS PODENDO TAMBÉM SER FIXADO EM MESA E PAREDE, TAMANHO ADULTO POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); LIVRE DE MERCÚRIO, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	1.506	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO			EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL

19	ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAÇÕES OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UND	110		
20	BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON, FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 1 DESTE LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UND	110	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
21	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAÇÕES OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS	UND	110	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL

	EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. POSSUI VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA				
22	BRAÇADEIRA , MATERIAL NYLON, FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA. ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 3 DESTE LOTE (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA , CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UND	110	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
23	ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE COM PEDESTAL E RODÍZIOS PODENDO TAMBÉM SER FIXADO EM MESA E PAREDE, TAMANHO ADULTO POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); LIVRE DE MERCÚRIO, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	114	EMPRESA: REALMED MARCA: UNITEC	ATENDE EDITAL
24	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADOLESCENTE. COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAÇÃO MANUAL E DESINFLAÇÃO AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA PARA ADOLESCENTE. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA – RDC NO 59/2000. ACOMPANHA	UND	1.237	EMPRESA: REALMED MARCA: G-TECH	ATENDE EDITAL

	PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA.				
25	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS; MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO COM 22-32CM). DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA.	UND	1.802	EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH	ATENDE EDITAL
26	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PARA OBESOS. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA	UND	1.490	EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH	ATENDE EDITAL
27	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADOLESCENTE. COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA PARA ADOLESCENTE. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA - RDC NO 59/2000. ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA.	UND	107	EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH	ATENDE EDITAL
	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS; MANTENDO			EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH	ATENDE EDITAL

28	CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO COM 22-32CM). DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA.	UND	106		
29	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI – DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA RECARREGÁVEIS, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PARA OBEÇOS. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA . ACOMPANHA PILHAS RECARREGÁVEIS NO TOTAL DE UMA CARGA DO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS A ENTREGA	UND	106	EMPRESA: REALMED MARCA: GTECH	ATENDE EDITAL
30	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.457	EMPRESA: REGIONAL MARCA: PREMIUM	ATENDE EDITAL
31	ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTIALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.350	EMPRESA: REGIONAL MARCA: PREMIUM	ATENDE EDITAL
32	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	819	EMPRESA: REALMED MARCA: PREMIUM	ATENDE EDITAL
	ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA DUPLO DESENVOLVIDO COM ALTA			EMPRESA: REALMED	ATENDE EDITAL

33	SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTIALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES . COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	450	MARCA: PREMIUM	
34	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA INDICADO PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. MEDIDO POR INFRAVERMELHO SEM CONTATO, PARA MEDIR TEMPERATURA A TESTA. VISOR DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, VISOR NÍTIDO, VISO GERAL.1 SEGUNDO DE MEDIÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA. PROJETADO COM FUNDO DE ALARME, AVISA SE A TEMPERATURA CORPORAL É SUPERIOR A 380 PELA CONFIGURAÇÃO PREDEFINIDA DO ALARME.2 CORES DE LUZ DE FUNDO INFORMA A SITUAÇÃO DIFERENTE DO CORPO. ALIMENTADO POR PILHAS. DESIGN ERGONÔMICO, CONFORTÁVEL DE MANUSEAR. MATERIAL: ABS. DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 34-6 CM (± 1 CM). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 20 SEGUNDOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: CORPO HUMANO: 10°C - 50°C; EXATIDÃO: CORPO HUMANO: ± 0,3 °C: 22°C ~ 40 °C. POSSUI REGISTRO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS ENTREGA . COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.098	EMPRESA: REGIONAL MARCA: YIN'S PRIME REALTH	ATENDE EDITAL
35	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	3.452	EMPRESA: REGIONAL MARCA: SOLIDOR	ATENDE EDITAL
36	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA INDICADO PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. MEDIDO POR INFRAVERMELHO SEM CONTATO, PARA MEDIR TEMPERATURA A TESTA. VISOR DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, VISOR NÍTIDO, VISO GERAL.1 SEGUNDO DE MEDIÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA. PROJETADO COM	UND	470	EMPRESA: REGIONAL MARCA: MULTILASE R	ATENDE EDITAL

	FUNDO DE ALARME, AVISA SE A TEMPERATURA CORPORAL É SUPERIOR A 38º PELA CONFIGURAÇÃO PREDEFINIDA DO ALARME. 2 CORES DE LUZ DE FUNDO INFORMA A SITUAÇÃO DIFERENTE DO CORPO. ALIMENTADO POR PILHAS. DESIGN ERGONÔMICO, CONFORTÁVEL DE MANUSEAR. MATERIAL: ABS. DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 34-6 CM (± 1 CM). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 20 SEGUNDOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: CORPO HUMANO: 10°C - 50°C; EXATIDÃO: CORPO HUMANO: ± 0,3 °C: 22°C ~ 40 °C. POSSUI REGISTRO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA.				
37	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA.	UND	628	EMPRESA: REGIONAL MARCA: SOLIDOR	ATENDE EDITAL
38	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA, CONDUTOR PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA POR MEIO DE CONTATO, INODORO, INCOLOR, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ALERGÊNICAS, COM BOA CONDUTIVIDADE. DEVE SER FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	UND	3.972	EMPRESA: REALMED MARCA: CARBOGEL	ATENDE EDITAL
	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA, CONDUTOR PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA POR MEIO DE CONTATO, INODORO, INCOLOR, TRANSPARENTE, ISENTO DE			EMPRESA: REALMED MARCA: CARBOGEL	ATENDE EDITAL

39	SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ALERGÊNICAS, COM BOA CONDUTIVIDADE. DEVE SER FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 500 ML.	UND	1.644		
40	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA , CONDUTOR PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA POR MEIO DE CONTATO, INODORO, INCOLOR, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ALERGÊNICAS, COM BOA CONDUTIVIDADE. DEVE SER FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 1000 ML.	UND	708	EMPRESA: REALMED MARCA: CARBOGEL	ATENDE EDITAL
41	FILME UPP – 110 S COMPATÍVEL COM O VÍDEO PRINTER SONY 897 E 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	UND	241	EMPRESA: REGIONAL MARCA: MEDPEX	ATENDE EDITAL
42	FILME UPP – 110 S COMPATÍVEL COM O VÍDEO PRINTER SONY 897 E 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	UND	59	EMPRESA: REALMED MARCA: MEDPEX	ATENDE EDITAL
43	ELETRODO , DE ESPUMA PARA ECG HIDROGEL ADESIVO CONDUTIVO SUBSTRATO DE ESPUMA DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE A FLUIDOS QUE ADIRA FACILMENTE A PELE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES E	PCT	28.660	EMPRESA: REGIONAL MARCA: SOLIDOR	ATENDE EDITAL

	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . PACOTE COM 50UND.				
44	ELETRODO , DE ESPUMA PARA ECG HIDROGEL ADESIVO CONDUTIVO SUBSTRATO DE ESPUMA DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE A FLUIDOS QUE ADIRA FACILMENTE A PELE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA . PACOTE COM 50UND.	PCT	2.156	EMPRESA: REALMED MARCA: SOLIDOR	ATENDE EDITAL
45	MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO ADULTO , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXÃO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA .	UND	3.592	EMPRESA: REALMED MARCA: DARU	ATENDE EDITAL
46	MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO INFANTIL , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXÃO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA .	UND	3.712	EMPRESA: REALMED MARCA: DARU	ATENDE EDITAL
47	MÁSCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA .	UND	1.953	EMPRESA: REALMED MARCA: DARU	ATENDE EDITAL
	MÁSCARA PARA USO INFANTIL PARA			EMPRESA:	ATENDE EDITAL

48	NEBULIZADOR CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA .	UND	2.008	REALMED MARCA: DARU	
49	MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO ADULTO , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXÃO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA .	UND	800	EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED	ATENDE EDITAL
50	MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO INFANTIL , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, CONEXÃO FLEXÍVEL PARA 02 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE E ATÓXICA, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA .	UND	800	EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED	ATENDE EDITAL
51	MÁSCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA .	UND	435	EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED	ATENDE EDITAL
52	MÁSCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO AS SEGUINTE	UND	500	EMPRESA: MMED MARCA: FOYOMED	ATENDE EDITAL

	INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA .				
53	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA , DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TNT, TRIPLA CAMADA, PROPORCIONA EFICIÊNCIA BACTERIANA MÍNIMA DE 95%, CLIPE NASAL DE ALUMÍNIO DE 14 CM DE COMPRIMENTO, TIRAS SUPER RESISTENTE, ATÓXICO, SOLDAGEM POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR N " LOTE, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA .	CAIXA	77.089	EMPRESA: STAR MARCA: DESCARPACK	ATENDE EDITAL
54	MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO , COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12 L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO ADULTO. POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA	UND	1.744	EMPRESA: STAR MARCA: PROTEC	ATENDE EDITAL
55	MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO , COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4-	UND	1.236	EMPRESA: STAR MARCA: PROTEC	ATENDE EDITAL

	AMARELO: 35% - 8L/MIN;5-VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO INFANTIL/ PEDIÁTRICO POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA				
56	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA , DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TNT, TRIPLA CAMADA, PROPORCIONA EFICIÊNCIA BACTERIANA MÍNIMA DE 95%, CLIPE NASAL DE ALUMÍNIO DE 14 CM DE COMPRIMENTO, TIRAS SUPER RESISTENTE, ATÓXICO, SOLDAGEM POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR N° LOTE, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA .	CAIXA	3.251	EMPRESA: REALMED MARCA: DESCARBO X	ATENDE EDITAL
57	MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO , COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12 L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO ADULTO. POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA	UND	500	EMPRESA: REALMED MARCA: MD	ATENDE EDITAL
	MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO , COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, COM ADAPTADOR			EMPRESA: REALMED MARCA: MD	ATENDE EDITAL

58	GIRATÓRIO, POSSUIR UM CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2):1- AZUL: 24% - 4L/MIN;2- BRANCA: 28% - 4L/MIN;3- LARANJA: 31% - 6L/MIN;4- AMARELO: 35% - 8L/MIN;5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN;6- ROSA: 50% - 12L/MIN. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE, TAMANHO INFANTIL/ PEDIÁTRICO POSSUI COPO CONECTOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMACOES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA	UND	300		
59	PAPEL TERMOREATIVO ROLO COMPATÍVEL COM APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO DA MARCA BIONET, MEDINDO 210MMX30M, REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	UND	276	EMPRESA: MULTIMEDI K MARCA: TECNOPRI NT	ATENDE EDITAL
60	PAPEL ROLO TERMOREATIVO COMPATÍVEL COM APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO EDAN MEDINDO 80MM X 30M.REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	UND	84	EMPRESA: MULTIMEDI K MARCA: TECNOPRI NT	ATENDE EDITAL
61 61	MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO PARA OXIGENIOTERAPIA. CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. TAMANHO ADULTO. REGISTRO NA ANVISA , VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	UND	1.656	EMPRESA: REALMED MARCA: PROTEC	ATENDE EDITAL
	MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO PARA			EMPRESA: REALMED	ATENDE EDITAL

62	OXIGENIOTERAPIA CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. TAMANHO INFANTIL. REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA.	UND	1.152	MARCA: PROTEC	
----	--	-----	-------	------------------	--