

## Pregão Eletrônico nº 099/2023

2 mensagens

**PREGÕES SML** <pregoes.sml@gmail.com>  
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

20 de junho de 2023 às 10:53

Bom dia

Senhores estamos enviando documentação de habilitação e proposta da empresa arrematante do PE nº 099/2023, para que seja analisado e apresentado parecer.

Nos colocamos à disposição.

Atenciosamente

Vânia Rodrigues

---

### 61 anexos

-  **PROPOSTA INICIAL.pdf**  
274K
-  **ALTERAÇÃO CONTRATUAL AGD 01.10.2019.pdf**  
120K
-  **AFE AGD 23.pdf**  
71K
-  **Atestado Kits DANFE 7646 Pref. Munic. Porto Velho - Ref. Mês de Outubro.pdf**  
50K
-  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA AGD Pref PVH.pdf**  
945K
-  **Atestado Compressa NFE 13005.pdf**  
207K
-  **Atestado DANFE 11804 FES - Emp. 2020NE00213 (1).pdf**  
25K
-  **Atestado DANFE 11380 FMS HUMAITÁ EMP 1053.2019 (1).pdf**  
17K
-  **Atestado Compressa NFE 13247.pdf**  
207K
-  **Atestado DANFE 12654 FES - Lacen ref. Junho e Julho (1).pdf**  
25K
-  **Atestado DANFE 12622 FES Emp. 2020NE02696 - Lacen kits Diasorin (1).pdf**  
25K
-  **Atestado DANFE 13773 fes lacen.pdf**  
23K
-  **Atestado DANFE-11201163774269000145550010000131351557582460 (2).pdf**  
17K
-  **Atestado Kits DANFE 4393 PM PORTO VELHO.pdf**  
46K
-  **Atestado Kits DANFE 4490 PM PORTO VELHO.pdf**  
46K
-  **Atestado DANFE 13296 FES EMP LACEN - kits Diasorin (1).pdf**  
22K

-  **Atestado Kits DANFE 11620 FES EMP 2020NE00213 (1).pdf**  
25K
-  **Atestado Kits DANFE 11928 FES - Emp. Lacen.pdf**  
25K
-  **Atestado Kits NF 7476 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO.pdf**  
50K
-  **Atestado Kits NF 7514 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO.pdf**  
50K
-  **Atestado Kits DANFE 7702 Prefeitura Municipal de Porto Velho - NOV 2015.pdf**  
49K
-  **Atestado Kits NF 13106 DANFE-11201163774269000145550010000131061036645233 (2).pdf**  
22K
-  **Atestado Kits NF 7617 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO.pdf**  
50K
-  **Atestado Kits NF 14703.pdf**  
22K
-  **Atestado Kits NF 7578 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO.pdf**  
50K
-  **Atestado Kits NF 14056.pdf**  
23K
-  **Atestado Nota 10781 Compressa.pdf**  
203K
-  **Atestado NFE 11231.pdf**  
207K
-  **Atestado NFE 13292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Instrumental.pdf**  
209K
-  **Atestado Nota Compressa 10782.pdf**  
202K
-  **Atestado Textil Compressa DANFE 12394 FES EMP. 2020NE02080 - Rest. Compressas (3).pdf**  
16K
-  **Atestado SEI\_ABC - 7650285 Curativos AGD.pdf**  
236K
-  **Atestatdo Kis DANFE 4304 PM PORTO VELHO.pdf**  
46K
-  **Aut Func Anvisa AGD DOU.pdf**  
54K
-  **Atestado Textil Compressa DANFE 12367 FES EMP. 2020NE02080 - Compressas (1).pdf**  
16K
-  **Certidao Debitos Trabalhistas AGD 121123.pdf**  
85K
-  **Balanco 2022 AGD Autenticado.pdf**  
1061K
-  **Certidao Falencia AGD 190823.pdf**  
100K
-  **Certidão Estadual AGD 050923.pdf**  
184K
-  **Certidao Federal INSS Unificada Conjunta AGD 250723.pdf**  
78K
-  **Certidao Municipal AGD 140723.pdf**  
108K
-  **Certidao FGTS AGD 010723.pdf**  
81K

-  **CNPJ AGD 23.pdf**  
155K
-  **Contrato Social AGD Alt Consolidada 18.pdf**  
177K
-  **CRBM AGD.pdf**  
302K
-  **Declaracao Aceite AGD.pdf**  
173K
-  **Declaracao Formal AGD.pdf**  
173K
-  **Declaracao Termo Responsabilidade AGD.pdf**  
173K
-  **Folder Z5 Novo.pdf**  
191K
-  **DANFE 11224 FES EMPENHO 2019NE03406.pdf**  
21K
-  **Licenca Sanitaria AGD 290723.pdf**  
250K
-  **Licenca Funcionamento AGD 290723.pdf**  
294K
-  **Registro ANVISA - Analisador Hematológico série Z5.pdf**  
78K
-  **Registro ANVISA - Lise Z5 LB.pdf**  
78K
-  **Registro ANVISA - Lise Z5 LD.pdf**  
78K
-  **Registro ANVISA - Diluente Z5 DN.pdf**  
78K
-  **Sintegra AGD 23.pdf**  
132K
-  **RG CNH Agostinho.pdf**  
1220K
-  **Manual de operação Analisador Hematológico Z5.pdf**  
4941K
-  **9923-PMPV-Proposta-AGD-Ajustada.pdf**  
294K
-  **Manual-de-operacao-Analisador-Hematologico-Z5.pdf**  
4941K

---

**LAB DAD Dad** <laboratorio.dad@gmail.com>  
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

20 de junho de 2023 às 11:40

Bom dia,

Segue anexo parecer técnico quanto a proposta apresentada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.**

---

**JONAS GLAISON MODESTO LOPES**

**Biomédico I DAD/SEMUSA - PMPV**

Rua: Monteiro Lobato, Nº 5550, Bairro Eldorado

Porto Velho - RO

E-mail: [laboratorio.dad@gmail.com](mailto:laboratorio.dad@gmail.com)



**PARECERT\_ECnico6PE99.2023HEMATOUPAS.pdf**

547K



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO**

**PARECER TÉCNICO Nº 06/2023 – DAD/DAF/GAB/SEMUSA**

Porto Velho/RO, 20 de Junho de 2023.

**Da:** Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD.

**Para:** Superintendência Municipal de Licitações – SML.

**Processo:** nº 02.00514/2021, PE nº 099/2023.

**Assunto:** Análise técnica quanto ao atendimento aos requisitos previstos no edital referente ao PE nº 099/2023.

Senhor(a) Superintendente,

Diante da solicitação a esta Divisão, foi realizada análise técnica da proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 099/2023, cujo objeto é a implantação de **SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO** no âmbito da Secretaria municipal de Saúde de Porto Velho/RO.

Acerca disso, destaca-se que este parecer é referente somente a proposta ofertada do referido procedimento licitatório para o item 1.

Posto isto, salienta-se que a licitante apresentou comprovantes para todas as qualificações técnicas exigidas no edital, tais como autorizações de funcionamento para comercializar os objetos requisitados no certame e atestados de capacidade técnica condizente.

Assim sendo, foi realizada pesquisa sobre os produtos em comparação com o folder disponibilizado na proposta em relação ao número de registro na Anvisa, bem como, realizou-se as diligências necessárias para sanar qualquer obscuridade referente aos requisitos editalícios.

Considerando o princípio da vinculação ao edital, expresso na Lei nº 8.666/93, art. 3º onde estabelece que licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**  
**DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO**

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Considerando ainda o art. 41 da Lei nº 8.666/93, definindo que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Considerando o art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, onde fixa que são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexistiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.

Considerando o art. 43, inciso V, Lei nº 8.666/93, exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.

Considerando o art. 48 inciso I, Lei nº 8.666/93, onde diz que são desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação

Diante disso, esta Divisão avaliou os requisitos mínimos exigidos no item 5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS do Termo de Referência em comparação as informações fornecidas e colhidas em pesquisas e diligências realizadas nas páginas existentes na internet, Anvisa e “sites” da empresa Zybion e seus representantes.

Assim sendo, quanto aos itens requisitados no edital destaca-se que em nenhum documento apresentado pela empresa demonstra o modo de operação do equipamento, nesta sendo, para aclarar as dúvidas, em pesquisa no “site” da empresa [zybio.com.br](http://zybio.com.br), na sub-página: <https://zybio.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Folder-Zybio-Z5.pdf>, cujo número de registro na Anvisa é 80258020102, encontrou-se a informação sobre o modo de aspiração do equipamento - “*Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 18µl de amostra*”.

Neste ponto esclarece-se que o edital exige o **SISTEMA ABERTO E FECHADO**, onde entende-se por sistema aberto no qual o operador opera a amostra sem a tampa e no sistema fechado opera-se o equipamento com tampa fechada eliminando o risco de acidentes com amostras potencialmente infectantes.

Dito isso, quanto aos requisitos técnicos dos equipamentos, destaca-se que o equipamento Zybion Z5 ofertado pela empresa A.G.D. DE OLIVEIRA LTDA, **NÃO ATENDE** a todos os requisitos exigidos, não estando de acordo com o subitem 5.1.1., subitem **5. Operar com sistema aberto e fechado**.

Assim sendo, esta Divisão, considerando todo o exposto e as normas legais vigentes, atesta que o equipamento apresentado **NÃO ATENDEM** à todos os requisitos mínimos exigidos no edital, concluindo o Parecer Técnico **DESAVORÁVEL** a proposta da licitante **A.G.D. DE OLIVEIRA LTDA**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO**

Sendo o que se apresenta para o momento, encerramos esse parecer certos de ter fornecido as informações relevantes para o caso.

Atenciosamente.

Documento elaborado por  
**Jonas Glaison Modesto Lopes**  
Biomédico

**DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA**  
Gerente da Divisão de Apoio ao Diagnóstico



Assinado por **Douglas Miranda Oliveira** - Biomédico/Gerente Divisão de Laboratório - Em: 20/06/2023, 11:38:32



Assinado por **Jonas Glaison Modesto Lopes** - BIOMEDICO - Em: 20/06/2023, 11:36:00