



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE N° 127/2023/SML/PVH2 mensagens

Herick <herick@riomedi.com.br>
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: ricardo@riomedi.com.br

4 de agosto de 2023 às 09:57

REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 127/2023/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00600-00018407/2022-39-e

Prezado(a), bom dia,

Após análise feita no Termo de Referência do edital em menção, faz-se necessário esclarecer determinados pontos.

Portanto, segue anexo **Pedido de Esclarecimento**.

Atenciosamente,

Herick Silva**Auxiliar de Licitação**

Rua Caviana, 964 . Portal da Amazônia . Rio Branco, AC, 69.915-630 . Brasil

Escritório +55(68) 3223-6338 . Celular +55(68) 9 9246-0514.

herick@riomedi.com.br . www.riomedi.com.br**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 127-2023 - PORTO VELHO-RO.pdf**
627K

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
Para: Herick <herick@riomedi.com.br>

4 de agosto de 2023 às 11:05

Bom dia senhor licitante, informo que seu esclarecimento será encaminhado para o setor responsável pela elaboração do objeto, peço que aguarde a devida resposta.

Atenciosamente
Lidiane Sales Gama Moraes
Pregoeira.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00018407/2022-39-e

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA, CNPJ no. 09.105.835/0001-80, sediada na Rod BR-364, 964 (Esquina Rua Caviana) – Portal da Amazônia – CEP: 69.915-630 – Rio Branco – Acre, vem mui respeitavelmente através do presente instrumento, ingressar com o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo:

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que se faz necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

Item 1 – Equipo fotossensível.

1) Edital solicita: “medida aproximada de 300 cm”

Solicitamos esclarecer, será aceito equipo com medida de 250 cm? Tendo em vista que o edital solicita “medida aproxima”?

Item 2 – Equipo para infusão de soluções parenterais

1) Edital solicita: “medindo aproximadamente 270 cm”

Solicitamos esclarecer, será aceito equipo com medida de 250 cm? Tendo em vista que o edital solicita “aproximadamente”?


Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail:

herick@riomedi.com.br

ricardo@riomedi.com.br

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio Branco - Acre, 04 de agosto de 2023.


Rio Medi Comércio, Assistência e Representações Ltda.
Ricardo Gonçalves dos Santos
CPF nº 097.836.857-67
ID.: 13.138.748-2 DIC/RJ