



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 127/2023

6 mensagens

Bruno Fonseca <bruno.fonseca@pmh.com.br>

28 de julho de 2023 às 09:43

Para: pregoes.sml@gmail.com

Cc: licitacao pmh <licitacao.pmh@pmh.com.br>, Hozana Lima <hozana.lima@pmh.com.br>, Fellipe Carneiro <fellipe.carneiro@pmh.com.br>, Andre Almeida <andre.almeida@pmh.com.br>

Bom dia prezado pregoeiro (a).

Venho mui respeitosamente, solicitar esclarecimento referente ao PE 127/2023, processo administrativo nº 00600-00018407/2022-39-e.

No item 01 - solicitam equipo fotossensível com o tamanho de 300 cm - Gostaríamos de esclarecer se serão aceitos equipo com dimensões aproximadamente 2,44cm uma vez que quanto maior o equipo, maior o preenchimento do primem o que ocasiona desperdício de medicamento.

No item 02 - equipo parenteral precisamos esclarecer referente ao injetor lateral com sistema "needlefree", um dispositivo que aumenta o custo do produto, assim onerando para o órgão público. Mediante ao exposto, serão aceitos equipos com injetor lateral com membrana autocicatrizante, não comprometendo a segurança nas infusões? Outro ponto seria com relação a dimensão do equipo, o qual solicitam 270 cm. Será aceito equipo com dimensões aproximadamente 2,44cm uma vez que quanto maior o equipo, maior o preenchimento do prime, o que ocasiona desperdício de medicamento.

Referente a bomba de infusão, será exigido que as bombas sejam novas de único uso? Se serão aceitos equipamentos usados, com quanto tempo de uso? As bombas de infusão deveram atender a exigência 60601-2-24?

Vale ressaltar ainda que, o cenário hospitalar atual, é composto em sua maioria por bombas de infusão com pouca tecnologia. Nesse sentido, a tecnologia dos equipamentos e produtos está se modificando, assim como o nível de exigência das unidades de saúde acerca dos produtos oferecidos. As novas normas, favorecem as indicações de uma tecnologia com maior segurança, rastreabilidade e praticidade em uso e assim resta aos fornecedores tentarem se adequar as características técnicas, principalmente àquelas que estão diretamente relacionadas à segurança do paciente!

Aguardamos breve retorno para definição da nossa participação.

Cordialmente.



Bruno Fonseca
Representante
Comercial

Produtos Médicos Hospitalares
SIA Trecho 17, Rua 08, Lote 170
Brasília/DF - Brasil
www.pmh.com.br

O: +55 61 3403-1300
M: +55 61 9.8131-2056
E: bruno.fonseca@pmh.com.br
Revendo conceitos solidificando princípios

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

28 de julho de 2023 às 09:44

Para: DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>

28 de julho de 2023 às 10:18

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

BOM DIA

No item 01 - solicitam equipo fotossensível com o tamanho de 300 cm - Gostaríamos de esclarecer se serão aceitos equipo com dimensões aproximadamente 2,44cm uma vez que quanto maior o equipo, maior o preenchimento do primem o que ocasiona desperdício de medicamento.

R: PODERÃO SER ACEITOS COM VARIAÇÃO DO TAMANHO.

No item 02 - equipo parenteral precisamos esclarecer referente ao injetor lateral com sistema "needlefree", um dispositivo que aumenta o custo do produto, assim onerando para o órgão público. Mediante ao exposto, serão aceitos equipos com injetor lateral com membrana autocicatrizante, não comprometendo a segurança nas infusões? Outro ponto seria com relação a dimensão do equipo, o qual solicitam 270 cm. Será aceito equipo com dimensões aproximadamente 2,44cm uma vez que quanto maior o equipo, maior o preenchimento do prime, o que ocasiona desperdício de medicamento.

R: SERÁ ACEITO COM DESCRIÇÃO DO EDITAL QUANTO AOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. PODERÃO SER ACEITOS AS VARIAÇÕES DE TAMANHO.

Referente a bomba de infusão, será exigido que as bombas sejam novas de único uso? Se serão aceitos equipamentos usados, com quanto tempo de uso? As bombas de infusão deveram atender a exigência 60601-2-24?

R: SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS NOVOS.

ATT

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DMAC/SEMUSA

Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Campos Sales, nº 2283, Bairro: Centro - 4º piso
Porto Velho - RO

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
Para: bruno.fonseca@pmh.com.br

28 de julho de 2023 às 12:22

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Queren Hapuque <queren.hapuque@pmh.com.br>

7 de agosto de 2023 às 12:40

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Cc: Shelly Souza <shelly.souza@pmh.com.br>, Bruno Fonseca <bruno.fonseca@pmh.com.br>, Hozana Lima <hozana.lima@pmh.com.br>, Fellipe Carneiro <fellipe.carneiro@pmh.com.br>, Andre Da Silva Almeida <andre.almeida@pmh.com.br>, Licitação PMH <licitacao.pmh@pmh.com.br>

Prezados, boa tarde!

Reitero o pedido enviado no dia 28/07/2023 referente ao PE 127/2023

Aguardo



PMH

Queren Hapuque
Assistente de
Licitação I

Produtos Médicos Hospitalares
SIA Trecho 17, Rua 08, Lote 170
Brasília/DF - Brasil
www.pmh.com.br

O: +55 61 3403-1300
E: queren.hapuque@pmh.com.br
Revendo conceitos solidificando princípios

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 127/2023

Data: Fri, 28 Jul 2023 10:43:31 -0300 (BRT)

De: Bruno Fonseca <bruno.fonseca@pmh.com.br>

Para: pregoes.sml@gmail.com

CC: licitacao.pmh@pmh.com.br, Hozana Lima <hozana.lima@pmh.com.br>, Fellipe Carneiro <fellipe.carneiro@pmh.com.br>, Andre Almeida <andre.almeida@pmh.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

8 de agosto de 2023 às 08:38

Para: Queren Hapuque <queren.hapuque@pmh.com.br>

Bom dia, segue a resposta do seu esclarecimento, referente ao PE Nº 127/2023.

Atenciosamente,
Lidiane Sales Gama Moraes
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Gmail - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 127_2023 - SEMUSA.pdf
125K