



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

Processo: 00600-00018407/2022-39-e

Pregão Eletrônico n.127/2023/SML/PVH

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 127/2023/SML/PVH, que tem por objeto a SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP PARA EVENTUAL A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses, apresentado pela empresa SAMTRONIC nos termos apresentados no e-mail remetido a esta Superintendência Municipal de Licitações - SML.

A solicitante encaminhou e-mail datado de 4 de outubro de 2023 às 09:42, conforme consta nos autos e publicado no portal de transparência da Prefeitura de Porto Velho.

Questionamento - (...) Prezados,

Bom dia,

A denominação de bomba com a programação em "modo macrogotas" e "modo microgotas" é uma particularidade que, na sua essência, ela não existe, pois, o termo "macrogotas" e "microgotas" está relacionado aos EQUIPOS GRAVITACIONAIS no seguinte sentido:

- Equipo gravitacional do tipo MICROGOTAS possui uma câmara de gotejamento com características construtivas onde cada 1ml equivale a 60 gotas;
- Equipo gravitacional do tipo MACROGOTAS possui uma câmara de gotejamento com características construtivas onde cada 1ml equivale a 20 gotas;

Para bomba de infusão a grafia utilizada é:

- "macro infusão" - neste modo de infusão os acréscimos de valores acontecem sempre a cada 1ml (para volume) e 1ml/h (para vazão);
- "micro infusão" - neste modo de infusão os acréscimos de valores acontecem sempre a cada 0,1ml (para volume) e 0,1ml/h (para vazão);

Esta característica de configuração "macro" e "micro" é própria da marca Fresenius (atual fornecedora do município de Porto Velho - Rondônia). Outros fabricantes, inclusive a marca Samtronic, permitem configurar o volume desde 0,1ml e a vazão desde 0,1ml/h em toda sua escala de uso sem a necessidade de indicar se é uma



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

"micro infusão" ou uma "macro infusão". Ou seja, o edital solicita uma característica técnica que é própria e exclusiva da marca Fresenius.

Por isso solicitamos a retirada desta exigência do certame.

Estou a disposição.,

Att

Gabriela Sa - Encarregada De Licitação

gabriela.sa@samtronic.com.br

+55 (11) 2244-7705.

Resposta: SENHORA PREGOEIRA,

FACE O QUESTIONAMENTO, IDENTIFICAMOS QUE NO ITEM 2 A EXPRESSÃO " câmara gotejadora macrogotas, flexível" CONTÉM UMA PALAVRA A MAIS, O CORRETO SERIA " câmara gotejadora flexível".

SEM MAIS,

Aline Silva Lima

Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

Diante do exposto, tem-se por respondido os esclarecimentos solicitados.

Porto Velho-RO, 05 de outubro de 2023

Lidiane Sales Gama Moraes
Pregoeira/SML