



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML



Processo: 00600-00018407/2022-39-e

Pregão Eletrônico n.127/2023/SML/PVH

OBJETO: SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP PARA EVENTUAL A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses.

ADENDO ESCLARECEDOR

Em atenção ao e-mail datado de 4 de outubro de 2023 às 09:42, apresentado pela empresa SAMTRONIC, que informa dúvidas sobre o Pregão Eletrônico nº 127/2023/SML/PVH e sobre ela solicita esclarecimento:

Pergunta: (...) Bom dia, A denominação de bomba com a programação em "modo macrogotas" e "modo microgotas" é uma particularidade que, na sua essência, ela não existe, pois, o termo "macrogotas" e "microgotas" está relacionado aos EQUIPOS GRAVITACIONAIS no seguinte sentido:

- Equipo gravitacional do tipo MICROGOTAS possui uma câmara de gotejamento com características construtivas onde cada 1ml equivale a 60 gotas;

- Equipo gravitacional do tipo MACROGOTAS possui uma câmara de gotejamento com características construtivas onde cada 1ml equivale a 20 gotas;

Para bomba de infusão a grafia utilizada é:

- "macro infusão" - neste modo de infusão os acréscimos de valores acontecem sempre a cada 1ml (para volume) e 1ml/h (para vazão);

- "micro infusão" - neste modo de infusão os acréscimos de valores acontecem sempre a cada 0,1ml (para volume) e 0,1ml/h (para vazão);

Esta característica de configuração "macro" e "micro" é própria da marca Fresenius (atual fornecedora do município de Porto Velho - Rondônia). Outros fabricantes, inclusive a marca Samtronic, permitem configurar o volume desde 0,1ml e a vazão desde 0,1ml/h em toda sua escala de uso sem a necessidade de indicar se é uma

"micro infusão" ou uma "macro infusão". Ou seja, o edital solicita uma característica técnica que é própria e exclusiva da marca Fresenius. Por isso solicitamos a retirada desta exigência do certame.

Estou a disposição.,

Att

Gabriela Sa - Encarregada De Licitação

gabriela.sa@samtronic.com.br

+55 (11) 2244-7705.

Resposta:

SENHORA PREGOEIRA,

FACE O QUESTIONAMENTO, IDENTIFICAMOS QUE NO **ITEM 2** A EXPRESSÃO " câmara gotejadora macrogotas, flexível" CONTÉM UMA PALAVRA A MAIS, **O CORRETO SERIA " câmara gotejadora flexível"**.

SEM MAIS,

Aline Silva Lima



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML



Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

Diante do exposto, tem-se por respondido o solicitado.

Registre-se que a presente correção não afetará excessivamente a formulação da proposta, razão pela qual a data do certame FICA MANTIDA, sem prejuízo aos licitantes, para o dia 10 de outubro de 2023, às 09h30 (DF) .

E para que não aleguem desconhecimento, estamos dando ciência às demais licitantes afixando este adendo esclarecedor na plataforma eletrônica e no site Oficial do Município.

Porto Velho-RO, 05 de outubro de 2023

Lidiane Sales Gama Moraes
Pregoeira-SML