



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

Processo: 00600-00000618/2023-04-e
Pregão Eletrônico n.134/2023/SML/PVH

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 134/2023/SML/PVH, que tem por objeto a Sistema de Registro de Preços Permanente para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA...), por um período de 12 (doze) meses, apresentado pela empresa INOVAMED HOSPITALAR nos termos apresentados no e-mail remetido a esta Superintendência Municipal de Licitações - SML.

A solicitante encaminhou e-mail datado de 23 de agosto de 2023 às 08:35, conforme consta nos autos e publicado no portal de transparência da Prefeitura de Porto Velho.

Questionamento - (...) Bom dia, tudo certo ? Venho por meio deste solicitar um esclarecimento do item 11 do edital 134/2023 - 059/2023 processo 00600-0000 0618 /2023- 04 -e- Equipo microgotas c/injetor lateral c/câmara flexível dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Qual seria o tipo de conector? tendo em vista que no edital tem apenas conexão Luer. Seria Luer Lock ou Luer Slip ?.

Resposta: ACERCA DO ESCLARECIMENTO, INFORMAMOS QUE OS ITENS 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 CONTÉM UM ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO, FALTA A PALAVRA SLIP NA ESPECIFICAÇÃO DA CONEXÃO, POIS O CORRETO É LUER SLIP, TENDO NA DESCRIÇÃO ERRO MATERIAL NA SUPRESSÃO DA PALAVRA SLIP. DESSE MODO, ESCLARECEMOS QUE NOS ITENS 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 A **CONEXÃO É DO TIPO LUER SLIP**. ATT Aline Silva Lima - Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar.

Diante do exposto, tem-se por respondido os esclarecimentos solicitados.

Porto Velho-RO, 23 de agosto de 2023

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML