

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML



**Processo:** 00600-00000618/2023-04-e **Pregão Eletrônico** n.134/2023/SML/PVH

OBJETO: Sistema de Registro de Preços Permanente para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA...), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho

## ADENDO ESCLARECEDOR

Em atenção ao e-mail datado de 23 de agosto de 2023 às 08:35, apresentado pela empresa INOVAMED HOSPITALAR, que informa dúvidas sobre o Pregão Eletrônico n° 134/2023/SML/PVH e sobre ela solicita esclarecimento:

Pergunta: (...) Bom dia, tudo certo? Venho por meio deste solicitar um esclarecimento do item 11 do edital 134/2023 - 059/2023 processo 00600-0000 0618 /2023- 04 -e- Equipo microgotas c/injetor lateral c/câmara flexível dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Qual seria o tipo de conector? Tendo em vista que no edital tem apenas conexão Luer. Seria Luer Lock ou Luer Slip ?

## Resposta:

ACERCA DO ESCLARECIMENTO, INFORMAMOS QUE OS ITENS 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 CONTÉM UM ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO, FALTA A PALAVRA SLIP NA ESPECIFICAÇÃO DA CONEXÃO, POIS O CORRETO É LUER SLIP, TENDO NA DESCRIÇÃO ERRO MATERIAL NA SUPRESSÃO DA PALAVRA SLIP. DESSE MODO, ESCLARECEMOS QUE NOS ITENS 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17. A CONEXÃO É DO TIPO LUER SLIP.

ATT Aline Silva Lima - Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar.

Diante do exposto, tem-se por respondido o solicitado.

Registre-se que a presente correção não afetará excessivamente a formulação da proposta, razão pela qual a data do certame FICA MANTIDA, sem prejuízo aos licitantes, para o dia 01 de setembro de 2023, às 09h30(DF).

E para que não aleguem desconhecimento, estamos dando ciência às demais licitantes afixando este adendo esclarecedor na plataforma eletrônica e no site Oficial do Município.

Porto Velho-RO, 23 de agosto de 2023