



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO 059/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2 mensagens

Ivo Bastos <licitacao02@bramedhospitalar.com.br>

25 de agosto de 2023 às 10:55

Para: pregoes.sml@gmail.com

Cc: LICITAÇÕES BRAMED <licitacao@bramedhospitalar.com.br>, EDITAL <edital@bramedhospitalar.com.br>, COTAÇÃO BRAMED <cotacao@bramedhospitalar.com.br>

Prezados(as), boa tarde!

Temos interesse em participar da Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 134/2023, que ocorrerá no portal Gov.br.

Ao analisar os itens 03, 45, 47, 49, 51, 53, 55, verificamos que no descritivo dos lotes não possuem a exigência de Dispositivo de Segurança, conforme orientação da NR32.

Ocorre que, os valores estimados para os itens está de acordo para produtos que tem em sua estrutura o Dispositivo de Segurança.

Importante ressaltar que produtos com Dispositivo de Segurança evita acidentes que causa a contaminação biológica tanto no profissional quanto no paciente.

Isto posto, pedimos o seguinte esclarecimento:

considerando o preço estimado dos itens 03, 45, 47, 49, 51, 53, 55, deveram ser apresetados produtos com Dispositivo de Segurança?

Ficamos no aguardo do vosso retorno.

Atenciosamente,

--

**Ivo Bastos**
Licitação (27) 3070-6870 / (27) 99768-3156 licitacao@bramedhospitalar.com.br Rua Marlo Passos Costa, 378 - Campo Grande
Ed. Villagio sala 1412 - Cariacica/ES CEP: 29146-430

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

25 de agosto de 2023 às 10:59

Para: Ivo Bastos <licitacao02@bramedhospitalar.com.br>

Bom dia, informo que seu esclarecimento será encaminhado para o setor responsável pela elaboração do objeto, portanto peça que aguarde a devida resposta.

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Moraes
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]