



PREGÕES SML &lt;pregoes.sml@gmail.com&gt;

---

## Solicitação de esclarecimento - Edital 136/2023

---

**Stericontrol - Comercial** <comercialstc@stericontrol.com>

24 de agosto de 2023 às 09:14

Para: pregoes.sml@gmail.com

Bom dia, prezado Pregoeiro

Por gentileza, solicito uma nota de esclarecimento referente aos itens **22 e 24** do **edital 136/2023**, processo administrativo 00600-00007471/2023-75-e

Item 22) No descritivo do edital é citado o uso do modelo por mudança de limite e não exigindo interpretação de cor, porém, o valor base está abaixo do mercado, equiparando-se ao modelo de integrador por mudança de cor. Gostaria de saber se a instituição aceita o modelo em questão (mudança de cor). Ficha técnica em anexo

Item 24) No edital é citado o fornecimento sem ônus de 6 (seis) incubadoras em comodato para os hospitais atendidos. Gostaria de saber se a instituição exige um modelo específico e com quantidade de cavidades também específicas para este fornecimento

Desde já, agradeço a atenção. Atenciosamente,

Usley Souza – Stericontrol LTDA

---

 **Lit\_STC-105 Integrador Vapor.pdf**  
1214K