



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2023

LICITAÇÃO IS8 <licitacao@is8.com.br>

28 de agosto de 2023 às 12:13

Responder a: licitacao@is8.com.br

Para: pregoes.sml@gmail.com

Sr pregoeiro, boa tarde

Nos itens 22 e 23 – Indicador Químico Classe V, o descritivo solicita que o produto atenda a norma ISO 11140 que reproduzimos :

“O TESTE DE CALOR SECO É PROJETADO PARA ASSEGURAR QUE OS INDICADORES/ INTEGRADORES PARA VAPOR REQUEIRAM A PRESENÇA DE VAPOR (AGENTE ESTERILIZANTE), A FIM DE RESPONDER.”

Porém, os produtos que não exigem interpretação de cor reagem sem a presença de agente esterilizante (Vapor). Ou seja, indicadores químicos por pastilha/pílula só “precisam de tempo e temperatura para reagir.

Já os produtos existentes no mercado em que a monitoração é por variação de cor, atendem plenamente o que dita a ISO 11140 por integrar: Temperatura, Tempo e Agente Esterilizante.

Sendo assim, perguntamos :

- Será aceito produto cuja interpretação seja por mudança de cor e está DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ?

Agradecemos o breve retorno.

Grata!!!

Visite nossa página : www.is8.com.br

**Eliana Borsare***Licitação***Tel:** (11) 3565.7705 | **Cel:** (11) 9.6157.4799**E-Mail:** licitacao@is8.com.br | www.is8.com.br

Al. São Caetano, 1807 - Cj. 11 | S. Caetano do Sul / SP

