

---

**ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90066/2024**

1 mensagem

**Nevalli Ltda** <nevalli@outlook.com>

23 de setembro de 2024 às 12:38

Para: "pregoes.sml@gmail.com" &lt;pregoes.sml@gmail.com&gt;

Boa tarde!

Segue em anexo nosso pedido de esclarecimento.

**Confirmar recebimento.**

Atenciosamente,

Marianne Calasans  
Nevalli Artigos Médicos  
(62) 3098-3508  
(62) 99164-8431  
CNPJ: 20.344.116/0001-55



---

 **ESCLARECIMENTO PE 90066.2024 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO.pdf**  
187K

Anápolis, 23 de setembro de 2024.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024

A/C: SETOR DE LICITAÇÕES

A NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-EPP, inscrita sob o nº de CNPJ/MF n.º 20.344.116/0001-55, sediada Rua Melchiades Crispim, Nº 900 – Bairro: Vila Santa Maria de Nazareth – CEP 75.113-500 – Anápolis/GO, vem por meio desta solicitar esclarecimento do processo licitatório supracitado por razões informadas neste.

De acordo com o edital grupo 3 item 1 solicita agulha de 2,6mm, e aplicação fechamento geral/obgin, informamos que a marca Bioline possui apenas agulha de 2,5mm e aplicação indicada para aparelho digestivo, podemos cotar?

Para o grupo 3 item 15 é solicitado uso para fechamento geral /obgin, informamos a Bioline possui o agulha com indicação para aparelho digestivo, podemos cotar?

Pra o grupo 3 item 15 é solicitado uso para aparelho digestivo, a Bioline possui aplicação para fechamento geral /obgin, podemos cotar?

Para o grupo 5 itens 28 e 29 é solicitado agulha de 30mm, informamos que possuímos agulhas de 40 e 50mm, ambas para fechamento geral/obgin, seria aceite?

Para o grupo 31 é solicitada aplicação fechamento geral/obgin, a indicação da marca Bioline é para aparelho digestivo, podemos cotar?

Para o grupo 7 item 47, o descritivo cita curvatura de 3/8 e 15mm, porem, para agulha de 15 a 17mm, o padrão seria agulha ½ circulo, a menor agulha para curvatura 3/8 é de 20mm.

Para o grupo 7 item 50 é solicitado agulha de 40mm, a maior agulha que trabalhamos é a de 35mm, poderia adicionar essa variação?

Pra o grupo 7 item 53 é solicitado agulha 3/8 de 25mm, a maior agulha para este fio é de 20mm, porem, possuímos a agulha de 26mm com a curvatura de ½ circulo, seria aceita algum dessas modificações?

Para o grupo 9 item 60, é solicitada agulha de 24mm e corpo quadrado, a maior agulha em nosso catálogo possui 19 mm com fio de 70cm, seria aceite?

Para o grupo 9 item 62, é solicitado agulha de 3/8, informamos que esta descrição está incompatível com o mercado, sendo a agulha correta de ½. Podemos cotar com agulha ½ circulo?

Solicitamos a revisão dos itens acima para que seja possível a apresentação de proposta e envio de amostras conforme.


No caso de não aceite das alterações do descritivo citadas, os itens podem vir a fracassar, haja vista que a licitação por grupo não aceita apresentação parcial de proposta.

# NEVALLI

Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda-EPP

No aguardo de vosso pronunciamento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,



Carmen Lúcia Alves Lourenço

Sócia-Administradora

RG.: 5725685 SSP/GO

CPF: 027.491.701-76