



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

Processo n° 00600-00045557/2023-04-e  
Pregão Eletrônico n°90066/2024/SML/PVH

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do **Pregão Eletrônico n°90066/2024/SML/PVH**, que tem por objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA)** para atender notadamente a **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA**, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

A solicitante **NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-EPP, CNPJ: 20.344.116/001-55** encaminhou e-mail datado de 23/09/2024, conforme consta nos autos e publicado no portal de transparência da Prefeitura de Porto Velho. Em conformidade com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, notadamente, Assessoria Farmacêutica Semusa - **SEMUSA**, esclarecemos:

**Questionamentos:** De acordo com o edital grupo 3 item 1 solicita agulha de 2,6mm, e aplicação fechamento geral/obgin, informamos que a marca Bioline possui apenas agulha de 2,5mm e aplicação indicada para aparelho digestivo, podemos cotar?

Para o grupo 3 item 15 é solicitado uso para fechamento geral /obgin, informamos a Bioline possui o agulha com indicação para aparelho digestivo, podemos cotar?

Pra o grupo 3 item 15 é solicitado uso para aparelho digestivo, a Bioline possui aplicação para fechamento geral /obgin, podemos cotar?

Para o grupo 5 itens 28 e 29 é solicitado agulha de 30mm, informamos que possuímos agulhas de 40 e 50mm, ambas para fechamento geral/obgin, seria aceito?

Para o grupo 31 é solicitada aplicação fechamento geral/obgin, a indicação da marca Bioline é para aparelho digestivo, podemos cotar?

Para o grupo 7 item 47, o descritivo cita curvatura de 3/8 e 15mm, porem, para agulha de 15 a 17mm, o padrão seria agulha ½ circulo, a menor agulha para curvatura 3/8 é de 20mm.

Para o grupo 7 item 50 é solicitado agulha de 40mm, a maior agulha que trabalhamos é a de 35mm, poderia adicionar essa variação?

Pra o grupo 7 item 53 é solicitado agulha 3/8 de 25mm, a maior agulha para este fio é de 20mm, porém, possuímos a agulha de 26mm com a curvatura de ½ circulo, seria aceita algum dessas modificações?

Para o grupo 9 item 60, é solicitada agulha de 24mm e corpo quadrado, a maior agulha em nosso catálogo possui 19 mm com fio de 70cm, seria aceito?

Para o grupo 9 item 62, é solicitado agulha de 3/8, informamos que



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML**

esta descrição está incompatível com o mercado, sendo a agulha correta de ½. Podemos cotar com agulha ½ circulo?

Solicitamos a revisão dos itens acima para que seja possível a apresentação de proposta e envio de amostras conforme.

**Resposta:** Na maioria dos itens, não foi possível identificar qual fio foi questionado, visto descrição do questionamento não bater com edital.

Em segundo momento, ressaltamos que os fios para ginecologia e obstetrícia tem suas peculiaridades, não sendo viável aceitar fios com outras indicações.

Relacionando as agulhas, como a maioria dos nossos fios são para ginecologia e obstetrícia, são utilizadas agulhas de tamanhos compatíveis com os procedimentos, não sendo possível utilizar agulhas menores.

Por fim, destacamos que as especificações já foram licitadas anteriormente com êxito em todos os itens e neste edital não faremos modificações na descrição, que foi elaborada pela equipe médica desta secretaria.

Diante do exposto, tem-se por respondido o esclarecimento solicitado.

Porto Velho-RO, 24 de Setembro de 2024.

**LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURÃO**  
Agente de Contratação