



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA P.E 90066/2024/SML/PVH- PROC. 45557/2023- EQUIPE 02

3 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

7 de outubro de 2024 às 16:12

Para: DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>, da.semusa@portovelho.ro.gov.br

Senhora Diretora,

Considerando o Pregão Eletrônico n° 90066/2024/SML/PVH, oriundo do processo n°00600-00045557/2023-04-e cujo objeto é SRPP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) para atender notadamente a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, encontra-se em análise de proposta e habilitação;

Visando subsidiar o julgamento da Agente de Contratação, solicito análise/parecer técnico dessa Diretoria acerca da aceitabilidade da proposta de preços, bem como os documentos exigidos nos itens 10.20 e 11.6 do edital (qualificação técnica) apresentados pelas empresas arrematante do certame, conforme especificado abaixo:

- *AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.795.205/0001-50;
- *DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 29.032.826/0001-14;
- *MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA- CNPJ: 04.724.729/0001-61;
- *NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- CNPJ: 20.344.116/0001-55;
- * QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 33.127.318/0001-97;
- * VR HOSPITALAR LTDA CNPJ: 33.127.318/0001-97

Saliento que, caso a documentação não atenda os requisitos constantes no edital, que seja justificado com embasamento para que possamos citar na conclusão do julgamento, bem como, caso seja necessário algum documento complementar poderá ser solicitado a esta equipe 02.

Atenciosamente,

Lilian Mourão

Agente de Contratação

Por se tratar de arquivo grande segue link com acesso a Documentação.

<https://drive.google.com/drive/folders/1t6DjaNC6G1wZFsco56AF4Mk17FwTWL82?usp=sharing>**45557.2023 - SRPP AQ. MAT. PENSO (FIOS DE SUTURA) 14.133.21 - RETIFICADO III. COJUSA.pdf**
1812K

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

15 de outubro de 2024 às 10:17

Para: DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>, da.semusa@portovelho.ro.gov.br

Senhora Diretora,

Gostaria de saber se há alguma atualização sobre o encaminhamento das propostas para análise técnica referente ao Pregão Eletrônico 90066/2024/SML/2024.

Agradeço se puder fornecer informações sobre o status do pedido.

Atenciosamente,

Lilian Mourão
Agente de Contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br> 16 de outubro de 2024 às 08:33
Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>

De: "DMAC" <dmac.semusa@gmail.com>
Para: "Geison Felipe Costa e Silva" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 16 de outubro de 2024 6:23:04
Assunto: Re: ANÁLISE TÉCNICA P.E 90066/2024/SML/PVH- PROC. 45557/2023- EQUIPE 02

Bom dia, segue análise técnica.
Att,

Douglas Miranda

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



DMAC/SEMUSA

Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
[Avenida Campos Sales, nº 2283](#), Bairro: Centro - 4º piso
Porto Velho - RO

 **PARECERT_ECINICO25_2024PE90064_2024FIOSDESUTURA.pdf**
560K



**PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PARECER TÉCNICO Nº 025/2024 DMAC/SEMUSA**

Porto Velho/RO, 10 de Outubro de 2024.

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML.

PROCESSO: 00600-00045557/2023-04-e

EMPRESAS:

- **AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;**
- **DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA;**
- **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA;**
- **NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA;**
- **QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA;**
- **VR HOSPITALAR LTDA.**

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA PROPOSTA PE 90066/2024/SML/PVH

Senhor (a) Superintendente (a),

Diante da solicitação a este Departamento, foi realizada análise técnica da proposta referente a SRPP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) para atender notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pertencente ao PE nº 90066/2024, a partir de comparações confirmatórias às informações fornecida pela empresa licitante supramencionada.

Acerca disso, destaca-se que este parecer é referente somente as exigências contidas no edital no item RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, tem-se o que segue:

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Av. Campos Sales, 2283 Bairro Centro. CEP: 76.804-358; Porto Velho – RO
E-mail: dmac.semusa@gmail.com / dmac.semusa@portovelho.ro.gov.br



**PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

DA ANÁLISE:

Após analisada toda documentação das empresas, contatou-se o que segue:

As empresas **AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA e QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA**, apresentaram propostas condizentes ao que foi exigido no edital, bem apresentou todas as documentações solicitadas.

As empresas **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA e QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA** apresentaram propostas condizentes ao que foi exigido, porém não foi possível localizar algumas documentações que permitissem finalizar a análise técnica. São os documentos:

- **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**
 - Não foi possível localizar o Atestado de Capacidade Técnica
- **DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**
 - Não foi possível localizar o Atestado de Capacidade Técnica
- **VR HOSPITALAR LTDA**
 - Não foi possível localizar:
 - Atestado de Capacidade Técnica;
 - Licença Sanitária; e,
 - Autorização de Funcionamento (AFE).

CONCLUSÃO:

Em conclusão, este Departamento enfatiza que as empresas **AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA e QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA** ATENDERAM as exigências editalícias. Sendo assim concluímos o Parecer Técnico quanto as propostas dessas empresas como **FAVORÁVEL** devendo as mesmas serem habilitadas.



**PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Todavia, em relação as empresas **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA e QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA**, faz-se necessário o envio das documentações faltantes, listadas acima, para conclusão da análise técnica.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente.

Elaborado por:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

Biomédico Esp. Engenharia Biomédica/Clínica

Revisado por:

ALINE SILVA LIMA

Gerente Divisão Apoio a Assistência Hospitalar

Aprovado por:

FRANCISCA RODRIGUES NERY

Diretora Departamento de Média e Alta Complexidade



Assinado por **Francisca Rodrigues Nery** - Diretora de Departamento - Em: 11/10/2024, 08:12:03



Assinado por **Aline Silva Lima** - Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar - Em: 10/10/2024, 13:31:14



Assinado por **Douglas Miranda Oliveira** - Biomédico - Em: 10/10/2024, 11:42:04



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA P.E 90066/2024/SML/PVH- PROC. 45557/2023- EQUIPE 02

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

16 de outubro de 2024 às 13:21

Para: Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

Boa Tarde!

Considerando o Parecer Técnico nº025/2024/DMAC/SEMUSA, ao qual solicita o envio de documentações faltantes das Empresas:

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

◦ Atestado de Capacidade Técnica;

DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

◦ Atestado de Capacidade Técnica

VR HOSPITALAR LT

- Licença Sanitária; e,
- Autorização de Funcionamento (AFE).

Encaminhamos para prosseguimento das Análises, saliento que, caso a documentação não atenda os requisitos constantes no edital, que seja justificado com embasamento para que possamos citar na conclusão do julgamento, bem como, caso seja necessário algum documento complementar poderá ser solicitado a esta equipe 02.

Atenciosamente,

Lilian Mourão

Agente de Contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

16 anexos

doc 5.pdf
3533K











ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA (UEPG).pdf
273K

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA- PONTA GROSSA.pdf
191K

ATESTADO DE CAPACIDADE - SESAU - TUBOS E DRENOS.pdf
162K

ATESTADO PPS VR - BENEFICENTE.pdf
593K

ATESTADO DE CAPACIDADE HOUSE - VR.pdf
563K

-  **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA SILVES 1.pdf**
265K
-  **Atestado de Capacidade Técnica - SESAU - Equipo e cateter.pdf**
722K
-  **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA SILVES 2.pdf**
256K
-  **ATESTADO FIOS DE SUTURA - BENEFICENTE 2.pdf**
960K
-  **ATESTADO FIOS DE SUTURA - BENEFICENTE.pdf**
1072K
-  **ATESTADO PPS - BENEFICENTE 2.pdf**
1347K
-  **DOU CBPDA PPS - VR HOSPITALAR.pdf**
437K
-  **DOU AFE TRANSPORTE - VR.pdf**
368K
-  **DOU AFE PPS - VR HOSPITALAR.pdf**
859K
-  **VIGILÂNCIA SANITÁRIA VR 10.05.2026.pdf**
137K



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA P.E 90066/2024/SML/PVH- PROC. 45557/2023- EQUIPE 02

Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

17 de outubro de 2024 às
12:42

Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>

De: "DMAC" <dmac.semusa@gmail.com>**Para:** "Geison Felipe Costa e Silva" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 17 de outubro de 2024 11:53:45**Assunto:** Re: ANÁLISE TÉCNICA P.E 90066/2024/SML/PVH- PROC. 45557/2023- EQUIPE 02

Bom dia, segue análise final.

Att,

Em qui., 17 de out. de 2024 às 11:53, DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com> escreveu:

Recebido.

Em qua., 16 de out. de 2024 às 15:33, Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br> escreveu:

Prezada,

Encaminhamos conforme solicitado.

De: "pregoes sml" <pregoes.sml@gmail.com>**Para:** "Geison Felipe Costa e Silva" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 16 de outubro de 2024 13:21:34

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PARECERT_ECnico29_2024PE90066_2024FIOSDESUTURA.pdf**

543K



**PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PARECER TÉCNICO Nº 029/2024 DMAC/SEMUSA**

Porto Velho/RO, 17 de Outubro de 2024.

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML.

PROCESSO: 00600-00045557/2023-04-e

EMPRESAS:

- **DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA;**
- **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA;**
- **VR HOSPITALAR LTDA.**

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA PROPOSTA PE 90066/2024/SML/PVH

Senhor (a) Superintendente (a),

Diante da solicitação a este Departamento, foi realizada análise técnica da proposta referente a SRPP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) para atender notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pertencente ao PE nº 90066/2024, a partir de comparações confirmatórias às informações fornecida pela empresa licitante supramencionada.

Acerca disso, destaca-se que este parecer é referente somente as exigências contidas no edital no item RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, tem-se o que segue:

DA ANÁLISE:

Após analisada as documentações solicitadas no parecer 025/2024/DMAC/SEMUSA constatamos que as empresas **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA e VR**

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Av. Campos Sales, 2283 Bairro Centro. CEP: 76.804-358; Porto Velho – RO
E-mail: dmac.semusa@gmail.com / dmac.semusa@portovelho.ro.gov.br



**PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

HOSPITALAR LTDA apresentaram propostas condizentes ao que foi exigido e apresentaram todas as documentações solicitadas no edital.

CONCLUSÃO:

Em conclusão, este Departamento enfatiza que as empresas **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA e VR HOSPITALAR LTDA** ATENDERAM as exigências editalícias. Sendo assim concluímos o Parecer Técnico quanto as propostas dessas empresas como **FAVORÁVEL** devendo as mesmas serem habilitadas.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente.

Elaborado por:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

Biomédico Esp. Engenharia Biomédica/Clínica

Aprovado por:

FRANCISCA RODRIGUES NERY

Diretora Departamento de Média e Alta Complexidade



Assinado por **Francisca Rodrigues Nery** - Diretora de Departamento - Em: 17/10/2024, 09:29:06



Assinado por **Douglas Miranda Oliveira** - Biomédico - Em: 17/10/2024, 08:25:08