



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

PARECER TÉCNICO - Nº 31/2024/DMAC/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Novembro de 2024.

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML.

PROCESSO: 24246/2024

EMPRESA: HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA - CNPJ: 13.063.746/0002-77

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA PROPOSTA PE 0067/2024

PARACER TÉCNICO

2- LOCAÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL

Marca: KONICA MINOLTA

Modelo: Delicata Evolution DR

ANVISA: 80101380010

Edital pede: unidade com comando para movimento motorizado automático do suporte de agulha para realização da exp. do fragmento de biópsia durante o procedimento sem descompressão da paciente.

Delicata Evolution DR: não atende

Edital pede: ajustes de faixa de kv de no mínimo 23 a 49 com passos de 1kv;

Delicata Evolution DR: 20 a 35kv

Edital pede: velocidade de rotação do ânodo de no mínimo 8.000 rpm;

Delicata Evolution DR: 3000 RPM

Edital pede: ajustes de faixa de kv de no mínimo 23 a 49

Delicata Evolution DR: 20 a 35Kv

Conclusão final:

Declaramos a Empresa HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA **INAPTA** para o item LOCAÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente.

Elaborado por:

PAULA CAROLINE GUIMARÃES

Gerente de Apoio ao Diagnóstico por Imagem

Revisado por:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

Biomédico Esp Engenharia Biomédica/Clínica



Assinado por **Douglas Miranda Oliveira** - Biomédico - Em: 01/11/2024, 10:24:55



Assinado por **Paula Caroline Guimarães** - Gerente de apoio ao diagnóstico por imagem - Em: 01/11/2024, 10:06:45