



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

PARECER TÉCNICO - Nº 30/2024/DMAC/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Novembro de 2024.

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML.

PROCESSO: 24246/2024

EMPRESA: SOLUÇÃO MÉDICA LTDA

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA PROPOSTA PE 0067/2024

PARACER TÉCNICO

GRUPO 01

3- LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL

MARCA: LOTUS HEALTHCARE

MODELO: HF500M

ANVISA: 80123860005

Edital pede: a faixa de corrente do gerador (mA) de, pelo menos, 10 a 500mA (ou superior)

HF500M: 20 A 500mA (20*, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500)

Pág 70 pt1 manual ANVISA

Conclusão:

O **HF500M**, em suas versões especificadas no manual, atende a praticamente todos os requisitos do edital exceto o requisito corrente (mA) que no edital de pede de 10 a 500mA e o equipamento em todas as versões verificadas atende de 20 a 500mA.

Resumo:

O **HF500M**, de acordo com manual anvisa, possui vários submodelos não deixando claro a esta comissão o equipamento de fato ofertado.

O **DR 100S** atende parte dos requisitos do edital exceto pela questão da bateria que não informa a autonomia, o que sugere que a bateria seria para a motorização/deslocamento do equipamento e não indica funcionamento pleno com a carga de bateria por qualquer tempo.

Informamos ainda que se refere ao ato licitatório, a empresa participante deve, em sua proposta, indicar marca e modelo para que seja realizado parecer técnico preciso.

A empresa anexou descritivo técnico dos dois equipamentos com informações que atendem ao edital. No entanto, não menciona nenhum modelo do manual, fazendo com que essa comissão tenha que deduzir qual modelo do manual a empresa ofertará.

E no que se refere ao valor de equipamentos médicos, é sabido que possuímos modelo padrão e acessórios que podem ser acrescidos que impactam no valor.

4- LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL DIGITAL

Marca: AGFA

Modelo: DR 100s

ANVISA: 80497200034

Edital pede: Bateria interna para realização de exames fora da rede elétrica com autonomia de pelo menos 8 horas de funcionamento

DR 100S: Manual menciona bateria mas não informa a autonomia, o que sugere que a bateria seria para a motorização/deslocamento do equipamento e não indica funcionamento pleno com a carga de bateria por qualquer tempo.

Conclusão:

O DR 100S atende parte dos requisitos do edital exceto pela questão da bateria pelos motivos descritos acima.

Conclusão Final:

Diante do exposto, declararamos a Empresa Solucao Médica Ltda **INAPTA** para o grupo 01 LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL DIGITAL e LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL pelos motivos narrados.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente.

Elaborado por:

PAULA CAROLINE GUIMARÃES

Gerente de Apoio ao Diagnóstico por Imagem

Revisado por:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

Biomédico Esp Engenharia Biomédica/Clínica



Assinado por **Douglas Miranda Oliveira** - Biomédico - Em: 01/11/2024, 10:24:55



Assinado por **Paula Caroline Guimarães** - Gerente de apoio ao diagnóstico por imagem - Em: 01/11/2024, 09:55:50