



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

PARECER TÉCNICO - Nº 32/2024/DMAC/SEMUSA

Porto Velho, 07 de Novembro de 2024.

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML.

PROCESSO: 24246/2024

EMPRESA: CENTRAL DE LAUDOS LTDA

CNPJ: 11.897.718/0001-49

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA PROPOSTA PE 0067/2024

Senhor (a) Superintendente (a),

Diante da solicitação a esta Divisão, foi realizada análise técnica da proposta referente ao **PE 0067/2024** para eventual LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA E PACS, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

Acerca disso, destaca-se que este parecer é referente somente a proposta ofertada do procedimento licitatório.

Vamos a análise:

ITEM 2- LOCAÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL

Marca: KONICA MINOLTA

Modelo: Delicata Evolution DR

ANVISA: 80101380010

Edital pede: unidade com comando para movimento motorizado automático do suporte de agulha para realização da exp. do fragmento de biópsia durante o procedimento sem descompressão da paciente.

Delicata Evolution DR: não atende

Edital pede: ajustes de faixa de kv de no mínimo 23 a 49 com passos de 1kv;

Delicata Evolution DR: 20 a 35kv

Edital pede: velocidade de rotação do ânodo de no mínimo 8.000 rpm;

Delicata Evolution DR: 3000 RPM

Edital pede: ajustes de faixa de kv de no mínimo 23 a 49

Delicata Evolution DR: 20 a 35Kv

Assim sendo, esta Divisão enfatiza que o produto **NÃO ATENDE** de maneira satisfatória aos requisitos técnicos estabelecidos no edital, concluindo o Parecer Técnico **DESFAVORÁVEL** a proposta da licitante **CENTRAL DE LAUDOS LTDA.**

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente.

Elaborado por:

PAULA CAROLINE GUIMARÃES

Gerente de Apoio ao Diagnóstico por Imagem

Revisado por:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

Biomédico Esp Engenharia Biomédica/Clinica

DANDARA ASHELY SILVA

Departamento Administrativo-e-DOC 4B0F9B22



Assinado por **Dandara Ashely Silva** - ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II - Em: 08/11/2024, 08:51:40



Assinado por **Paula Caroline Guimarães** - Gerente de apoio ao diagnóstico por imagem - Em: 08/11/2024, 08:46:40