



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Fwd: Análise Técnica Processo 00600-00038903/2023-90-e Pregão Eletrônico nº 107/2024/SML/PVH

1 mensagem

Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br> 12 de fevereiro de 2025 às 09:31
Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>

De: "Geison Felipe Costa e Silva" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

Para: "editais sml" <editais.sml@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 9:28:46

Assunto: Análise Técnica Processo 00600-00038903/2023-90-e Pregão Eletrônico nº 107/2024/SML/PVH



08a27506-9b2d-4759-9d82-7c7c629f7d2f.pdf
601K

À
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Ref.: Análise das características técnicas dos produtos classificados em relação ao solicitado no Pregão Eletrônico nº 107/2024/SML/PVH

Para facilitar o entendimento, o parecer será feito de forma individual, por empresa, de acordo com classificação e com a justificativa para os casos de inconformidade.

Fornecedor: MASTERMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Itens 01 e 02 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR6015, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, pelo seguinte motivo:

“CORPO EM LATÃO CROMADO;” – Visto que a válvula ofertada possui corpo em alumínio anodizado conforme manual pagina 7;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição:

- **VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO HAOXI PARA REDE DE POSTO**
 - Corpo da válvula: Alumínio anodizado;
 - Câmara da válvula: Alumínio anodizado;
 - Volante de regulagem: Nylon;
 - Porca de conexão (borboleta): Nylon com inserto em latão ou zamac (conforme modelo);
 - Engate rápido AFNOR: Latão cromado (conforme modelo);
 - Engate rápido OHMEDA: Latão cromado (conforme modelo);
 - Manômetro: Latão com a capa em plástico;
 - Conexão de saída (Niple): Latão cromado ou Alumínio anodizado (conforme modelo).

Item 21 - UMIDIFICADOR PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO.

Da análise referente ao umidificador HAOXI/RIOXI modelo UM5711, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Página | 1

Item 22 - ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO.

Da análise referente ao aspirador tipo venturi HAOXI/RIOXI modelo AS0451, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, pelo seguinte motivo:

“FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL;” – Visto que o frasco do produto ofertado não pode ser autoclavado conforme manual pagina 6;

- **Autoclave e/ou Termodesinfectora**

Atenção:

a) O Frasco de vidro NÃO DEVE ser submetido a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suporta a temperatura deste processo e será danificado.

b) A tampa do Aspirador Venturi Haoxi e a boia de segura NÃO DEVEM ser submetidos a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suportam as temperaturas deste processo e será danificado.

Fornecedor: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAM

Item 03 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente ao produto ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 11 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO

Da análise referente ao produto ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 13 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente ao produto ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 17 - TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO

Da análise referente ao produto ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Item 19 - TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR COMPRIMIDO

Da análise referente ao produto ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 04 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR5820, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Itens 05 e 06 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR6016, ofertada pelo vencedor dos referidos itens, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item. Foram ofertadas válvulas reguladoras de rede de posto em vez de cilindro.

Item 12 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR5809, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item. Visto que o modelo ofertado nem o descritivo da proposta consta o fluxômetro.

Item 20 – TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR COMPRIMIDO

Da análise referente a tomada dupla HAOXI/RIOXI modelo TD5231, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Itens 29 e 30 – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 10 M³ e 1M³

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Da análise referente aos carrinhos para transporte marca Renascer modelos 10 e 1, ofertados pelo vencedor do referido item, não podemos afirmar que os modelos apresentam características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item. Visto que não foi anexado material comprovando as características dos modelos ofertados e no site da fabricante os modelos (10, 1) não existem, sendo único modelo disponível no site o RN14001R.



CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO ESMALTADO

DESCRIÇÃO

RN14001R – CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
- Base em chapa de aço carbono de 1,5mm de espessura
- Corrente para proteção do cilindro
- Rodas giratórias de 6" de diâmetro em polipropileno
- Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso

DIMENSÕES

Dimensão aproximada: 460 x 340 x 940 mm

OPCIONAIS

Fornecedor: MANUMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Itens 07 e 08 - REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO

Da análise referente ao regulador de pressão HAOXI/RIOXI modelo VR6015, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item. Foram ofertadas válvulas reguladoras de rede de posto em vez de regulador de pressão duplo estágio para cilindro.

Fornecedor: TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MÉDICOSHOSPITALARES LTDA

Itens 09 e 10 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Página | 4

Da análise referente a válvula reguladora JG MORIYA, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, pelo seguinte motivo:

“CORPO EM LATÃO CROMADO;” – Visto que a válvula ofertada possui corpo em alumínio anodizado conforme manual pagina 7;

15.COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Corpo: Alumínio Anodizado
- Tampa: Alumínio Anodizado
- Conector: Latão cromado
- Borboleta: Polipropileno com rosca de latão
- Conexão de saída: Alumínio Anodizado
- Volante de regulação: Polipropileno
- Manômetro: Comercial

Item 18 - TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO.

Da análise referente a tomada dupla para oxigênio JG MORIYA modelo 400.897, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Itens 15 e 16 - REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO.

Da análise referente ao regulador de pressão duplo estágio HAOXI/RIOXI modelo VR5830, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIAL LTDA

Item 14 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O2 SEM FLUXÔMETRO.

Da análise referente a válvula reguladora para cilindro de O2 HAOXI/RIOXI modelo VR6015, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Item 25 - TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL.

Da análise referente ao tubo de látex GOÍÁS LATEX modelo 203, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item. Visto que não possui registro Anvisa.

Fornecedor: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Item 23 - TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO

Da análise referente ao tubo de silicone KINNER, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 24 - TUBO DE LÁTEX.

Da análise referente ao tubo de látex KINNER, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Itens 26 e 27 - FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO

Da análise referente ao fluxômetro MEDFLEX–MF-OX15, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 28 - FLUXÔMETRO DE AR

Da análise referente ao fluxômetro MEDFLEX–MF-AR15, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br



DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto acima, a equipe técnica recomenda pela **classificação** dos itens 3, 4, 11,13, 14,15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28. Já referente aos itens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 25, 29, 30 recomenda-se pela **desclassificação**.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itajaí, 10 de fevereiro de 2025.

MARIANA
BORGES
PILOT:1061
8339680

Assinado digitalmente por MARIANA
BORGES PILOT:10618339680
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=
17452883000173, OU=videoconferencia,
CN=MARIANA BORGES
PILOT:10618339680
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização:
Data: 2025.02.10 16:53:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Mariana Borges
Engenheira Biomédica CREA SC 165386-0-SC
Gerente de Engenharia - Del Tecnologia

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401
Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br