



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03

3 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
Para: da.semusa@portovelho.ro.gov.br

13 de fevereiro de 2025 às 11:14

Processo: 00600-00038903/2023-90

PE: 107/2024/SML/PVH

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS.

Bom dia,

Senhores Diretores,

Ao tempo que cumprimento, informo que o Pregão Eletrônico n. 107/2024/SML/PVH, encontra-se em análise da proposta e documentação de habilitação. Isto posto, encaminhamos o presente para solicitar à Vossa Senhoria, que promova análise acerca da aceitabilidade do produto ofertado na proposta de preços apresentada pelas Empresas abaixo relacionadas:

- MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - ITENS: 6, 9, 10, 12 e 25;
- PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ITENS: 1 e 5;
- TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ITENS: 2 e 30;
- DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ITEM: 22;
- G S FERREIRA AMARAL - ITENS: 7 e 8;
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - ITEM: 29.

Salientamos ainda que, caso a documentação não atenda os requisitos constantes no edital, que seja justificado com embasamento para que possamos citar na conclusão do julgamento das propostas, bem como, caso seja necessário algum documento complementar poderá ser solicitado a esta Equipe de Apoio.

Sem mais, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Beatriz da Costa Filgueiras
Equipe de Apoio - SML

7 anexos

 **PE 107.2024 SRPP 060 - AQ. MAT. REDE DE GASES (VÁLVULA...) AMPLO E COTA.pdf**
1182K

 **DOCS PROTEC.zip**
253K

 **DOCS MASTERMED.zip**
1455K

 **DOCS TECNOMED.zip**
626K

 **DOCS DUMALE.zip**
870K

 **DOCS GS.zip**
2171K

 **DOCS SUL AGUA.zip**
224K

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
Para: da.semusa@portovelho.ro.gov.br

14 de fevereiro de 2025 às 09:31

Bom dia,
Senhores Diretores

Segue catálogo da empresa: G S FERREIRA AMARAL - ITENS: 7 e 8;

Atenciosamente,
Beatriz da Costa Filgueiras

Equipe de Apoio - SML

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **catalogo-haoxi-5.pdf**
20639K

Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br> 20 de fevereiro de 2025 às 12:12
Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>, Pregão SML <pregao.sml@portovelho.ro.gov.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "mariana" <mariana@deltecnologia.com.br>

Para: "Geison Felipe Costa e Silva" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:00:32

Assunto: Re: Fwd: ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03

Bom dia,

Segue parecer técnico PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03

Qualquer dúvida, à disposição.

Em 2025-02-18 16:45, Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA escreveu:

> -----

>

> De: "Geison Felipe Costa e Silva" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

> Para: "mariana" <mariana@deltecnologia.com.br>

> Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 13:22:16

> Assunto: Fwd: ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03

>

> Prezada,

> Encaminhamos para análise a aceitabilidade dos produtos ofertados na

> proposta de preços das empresas listadas no e-mail abaixo. Caso haja

> inconsistências, solicitamos justificativa fundamentada. Se

> necessário, informem a necessidade de documentos complementares.

>

> Atenciosamente,

>

> Geison Silva

> Gerente da Divisão de Gestão e Acompanhamento de Aquisições e

> Serviços

> Departamento Administrativo | Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

> Prefeitura de Porto Velho

> geison.silva@portovelho.ro.gov.br

> www.portovelho.ro.gov.br

> Av. Campo Sales, 2283 - Centro, Porto Velho, RO

>

> Aviso de Confidencialidade:

> Esta mensagem pode conter informações confidenciais, protegidas por

> lei. Se você não for o destinatário pretendido ou autorizado a

> receber esta mensagem, não deve utilizá-la, copiá-la, divulgá-la

> ou tomar qualquer ação com base em seu conteúdo. Caso tenha

> recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente

> imediatamente e apague-a. Agradecemos sua cooperação.

>

> Confidentiality Notice:

> This message may contain confidential information protected by law. If

> you are not the intended recipient or an authorized person to receive

> this message, you must not use, copy, disclose, or take any action

> based on its contents. If you have received this message by mistake,

> please notify the sender immediately and delete it. Thank you for your

> cooperation.

>

> -----

>

> De: "pregoes sml" <pregoes.sml@gmail.com>
> Para: "da semusa" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>
> Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 11:14:30
> Assunto: ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03
>
> Processo: 00600-00038903/2023-90
> PE: 107/2024/SML/PVH
> Objeto: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE –
> SRPP, PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS.
> Bom dia,
>
> Senhores Diretores,
>
> Ao tempo que cumprimento, informo que o Pregão Eletrônico n.
> 107/2024/SML/PVH, encontra-se em análise da proposta e documentação
> de habilitação. Isto posto, encaminhamos o presente para solicitar
> à Vossa Senhoria, que promova análise acerca da aceitabilidade do
> produto ofertado na proposta de preços apresentada pelas Empresas
> abaixo relacionadas:
>
> * MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - ITENS: 6, 9, 10, 12 e 25;
> * PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
> EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ITENS: 1 e 5;
> * TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
> MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ITENS: 2 e 30;
> * DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ITEM: 22;
> * G S FERREIRA AMARAL - ITENS: 7 e 8;
> * SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - ITEM: 29.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PARECER TÉCNICO Classificados 02 PE 107-2024 DELTECNOLOGIA - - -.pdf
317K

À
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Ref.: Análise das características técnicas dos produtos classificados em relação ao solicitado no Pregão Eletrônico nº 107/2024/SML/PVH

Para facilitar o entendimento, o parecer será feito de forma individual, por empresa, de acordo com classificação e com a justificativa para os casos de inconformidade.

Fornecedor: DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item 22 - ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO.

Da análise referente ao aspirador tipo venturi HAOXI/RIOXI modelo AS0451, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, pelo seguinte motivo:

“FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL;” – Visto que o frasco do produto ofertado não pode ser autoclavado conforme manual pagina 6;

- **Autoclave e/ou Termodesinfectora**

Atenção:

a) O Frasco de vidro **NÃO DEVE** ser submetido a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suporta a temperatura deste processo e será danificado.

b) A tampa do Aspirador Venturi Haoxi e a boia de segura **NÃO DEVEM** ser submetidos a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suportam as temperaturas deste processo e será danificado.

Fornecedor: GS FERREIRA MARAL

Itens 07 e 08 - REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO

Da análise referente ao regulador de pressão HAOXI/RIOXI sem modelo, ofertado pelo vencedor do referido item, não podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item. Visto que não foi apresentado na proposta modelo do regulador ofertado nem manual com as suas especificações. Mesmo assim em busca de maiores informações no site do fabricante, não foi localizado o item ofertado na lista de produtos.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Fornecedor: MASTERMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item 06 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR6016, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Itens 09 e 10 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR6016, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, pelo seguinte motivo:

“CORPO EM LATÃO CROMADO;” – Visto que a válvula ofertada possui corpo em alumínio anodizado conforme manual pagina 7;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição:

- **VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO HAOXI PARA REDE DE POSTO**
 - Corpo da válvula: Alumínio anodizado;
 - Câmara da válvula: Alumínio anodizado;
 - Volante de regulação: Nylon;
 - Porca de conexão (borboleta): Nylon com inserto em latão ou zamac (conforme modelo);
 - Engate rápido AFNOR: Latão cromado (conforme modelo);
 - Engate rápido OHMEDA: Latão cromado (conforme modelo);
 - Manômetro: Latão com a capa em plástico;
 - Conexão de saída (Niple): Latão cromado ou Alumínio anodizado (conforme modelo).

Item 12 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente a válvula reguladora HAOXI/RIOXI modelo VR5823, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 25 - TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Da análise referente ao tubo de látex TARGA modelo 203, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAM

Item 01 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO

Da análise referente a válvula reguladora PROTEC modelo 5091, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Item 05 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO

Da análise referente a válvula reguladora PROTEC modelo 5488, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Item 29 – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE 10 M³

Da análise referente ao carrinho para transporte de cilindro marca WM modelo WMO1CM, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MÉDICOSHOSPITALARES LTDA

Item 02 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO

Da análise referente a válvula reguladora JG MORIYA, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo não apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, pelo seguinte motivo:

“CORPO EM LATÃO CROMADO;” – Visto que a válvula ofertada possui corpo em alumínio anodizado conforme manual pagina 7;



15.COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Corpo: Alumínio Anodizado
- Tampa: Alumínio Anodizado
- Conector: Latão cromado
- Borboleta: Polipropileno com rosca de latão
- Conexão de saída: Alumínio Anodizado
- Volante de regulagem: Polipropileno
- Manômetro: Comercial

Item 30 – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE 10 M³

Da análise referente ao carrinho para transporte de cilindro marca A KLIMPER modelo H-1713, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto acima, a equipe técnica recomenda pela **classificação** dos itens 1, 5, 6, 12, 25, 29 e 30. Já referente aos itens 2, 7, 8, 9, 10 e 22 recomenda-se pela **desclassificação**.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itajaí, 18 de fevereiro de 2025.

MARIANA
BORGES
PILOT:106183
39680

Assinado digitalmente por MARIANA
BORGES PILOT:10618339680
ND: C=BR; O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
17452883000173, OU=videoconferencia, CN
=MARIANA BORGES PILOT:10618339680
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.02.20 10:48:19 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Mariana Borges
Engenheira Biomédica CREA SC 165386-0-SC
Gerente de Engenharia - Del Tecnologia

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401
Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br