



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PRISCILA RIBEIRO <dental.licitapvh@gmail.com>

29 de maio de 2025 às 11:56

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Venho por meio deste, pedir esclarecimento para o Pregão Eletrônico N. 90044/2025 - Prefeitura de Porto Velho - RO, que ocorrerá no dia 02/06/2025.

Segue pedido de esclarecimento:

O lote 08, relacionado a **KITS DRENO DE TÓRAX** DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE , poderá ser substituído pelo material Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível e translúcido? Tendo em vista que esse material também possui a flexibilidade que o kit demanda e não irá ocorrer perda no procedimento, observando também que a maior parte das ofertas deste produto são fabricadas nesse material, o que comprova sua competitividade e eficácia nos procedimentos.

Atenciosamente, aguardamos retorno.



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 044/20258 PARA SEMUSA

3 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

29 de maio de 2025 às 14:54

Para: Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

Assunto: Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento – PE nº 90044/2025 | Processo nº 00600-00011851/2024-95

Prezados,

Encaminhamos, para as providências cabíveis e com a devida urgência, o pedido de esclarecimento recebido pela Superintendência Municipal de Licitações – SML, referente ao **Pregão Eletrônico nº 90044/2025**, do **Processo Administrativo nº 00600-00011851/2024-95**, cujo objeto é a *Implantação de Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual aquisição de material penso (algodão, baraka, cobertura para óbito...)*.

O questionamento refere-se ao **Lote 08**, mais especificamente quanto à possibilidade de substituição do material **“dreno torácico fabricado em silicone”** por outro fabricado em **PVC atóxico, flexível e translúcido**, sob a justificativa de que este também apresenta as características de flexibilidade necessárias, sem prejuízo ao procedimento, além de ser amplamente comercializado no mercado.

Dessa forma, solicitamos manifestação técnica por parte da área requisitante quanto à viabilidade da sugestão apresentada, com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar resposta formal dentro do prazo legal.

Segue, em anexo, o e-mail com o pedido encaminhado pela licitante.

Atenciosamente,

Anderson Freitas de Lima

Agente de Contratação

Superintendência Municipal de Licitações – SML

Prefeitura do Município de Porto Velho

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 044-2025.pdf**
106K

DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>

30 de maio de 2025 às 09:28

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Em Resposta ao Pregão Eletrônico nº 90044/2025, do **Processo Administrativo nº 00600-00011851/2024-95** Diante da Análise realizada, emito parecer favorável à substituição do dreno de torácico de silicone por dreno torácico em PVC atóxico no lote 8, considerando que o material proposto atende aos critérios técnicos.

Att

Greici Catlein Botelho Freitas

Gerente da Assistência Hospitalar

10078735

Em sex., 30 de mai. de 2025 às 08:51, <geison.silva@portovelho.ro.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



DMAC/SEMUSA

Depto. de Média e Alta Complexidade

Secretaria Municipal de Saúde

[Avenida Campos Sales, nº 2283](#), Bairro: Centro - 4º piso

Porto Velho - RO

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 044-2025.pdf**
106K

geison.silva@portovelho.ro.gov.br <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

30 de maio de 2025 às 11:02

De: DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 30 de maio de 2025 09:33**Para:** Geison Felipe Costa e Silva <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>**Assunto:** Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 044/20258 PARA SEMUSA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 044-2025.pdf**
106K