Gmail **PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90046/2025 - GREINER BIO-ONE

1 mensagem

Thais Calori <Thais.Calori@gbo.com> 2 de junho de 2025 às 17:24
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>
Cc: grp_BRAM_Licitacoes <licitacao@gbo.com>

Prezados, boa tarde,

A empresa Greiner Bio-one Brasil Produtos Médicos Hospitalares ltda., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de sua representante legal infra-assinado; vem tempestivamente solicitar esclarecimentos relativo ao **PREGÃO ELETRÔNICO** 90046/2025 **- PROCESSO ADM:** 00600-00008734/2023-63-e – Que ocorrerá na data **09/06/2025 ÀS 10h00.**

Informamos que o edital contém em seu descritivo técnico, itens que dificultam a identificação do melhor produto a ser oferecido para o cumprimento do exigido, o que em tese dificulta nossa participação ou até mesmo restringem a competitividade do certame. Desta forma, solicitamos o seguinte esclarecimento:

LOTE 07 - ITEM 34 – Pede-se no item “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA em material plástico (poliestireno), com volume 10 ml, aditivada com GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO para uso em coleta de sangue venoso humano. Estéril, descartável. Embalagem comercial com, no mínimo, 100 tubos. Validade mínima: 12 meses. O produto ofertado deverá ter registro válido/vigente na ANVISA/MS. Validade mínima: 12 meses a partir da entrega. Empresa interessada deverá ter AFE.”

Nós temos interesse em participar do item ofertando nosso tubo:

“Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 16 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume **8.0ml**”

Com o intuito de ofertar o item mencionado identificamos características técnicas que divergem da nossa linha de produto, porém que não influenciam em sua aplicação. Assim zelando pelo nosso direito de licitar questiono:

Será aceito caso vencedores do certame?

LOTE 07 – ITEM 39 - Para o item temos a oferecer:

“Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico, tamanho 9 x 120mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume 1.5ml, com tampa de borracha siliconizada na cor preta, para VHS automatizado.”

Será aceito caso vencedores do certame?

LOTE 05 – ITEM 27 – Nossa agulha tem a descrição:

- Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21. Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Atento que a nossa agulha é sem trava, ou seja, nossa agulha não contém dispositivo de segurança fixo, a trava está contida no adaptador, assim sendo é fornecido um adaptador para cada agulha, qual **atende perfeitamente as NORMAS DA NR 32**.

Segue descritivo do Adaptador:

- Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Seguem ainda links, para melhor verificação (Agulha + Adaptador):

Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE® - 450230

Ante o exposto, questiono se será aceita nossa proposta: Agulha + Adaptador?

LOTE 05 – ITEM 28 - Nossa agulha tem a descrição:

- Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,7mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22. Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Atento que a nossa agulha é sem trava, ou seja, nossa agulha não contém dispositivo de segurança fixo, a trava está contida no adaptador, assim sendo é fornecido um adaptador para cada agulha, qual **atende perfeitamente as NORMAS DA NR 32**.

Segue descritivo do Adaptador:

- Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Seguem ainda links, para melhor verificação (Agulha + Adaptador):

Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE® - 450230

Ante o exposto, questiono se será aceita nossa proposta: Agulha + Adaptador?

DA VALIDADE –

Em análise do Edital, consta a validade mínima do produto na data de entrega: “12 MESES.".
Dessa forma, questiono se podemos apresentar validade mínima de 9 (nove) meses para o itens 37 e 38? Grupo 07.
E 6 (seis) meses para o ITEM 39? Lote 07.
Enfatizo que a entrega com validade mínima de 9 (nove), trata-se de uma limitação técnica de produção do produto de todos os fabricantes. Informo ainda as seguintes considerações, referente a limitação técnica:
O processo de produção dos tubos envolve 3 etapas:
1. Injeção dos tubos e tampas;
2. Montagem dos tubos;
3. Esterilização.

Após o tubo ser montado e rotulado, qual já está com a etiqueta e com a validade impressa, o material é retirado da empresa para ser esterilizado por terceirizadas. Desta forma, há um lapso temporal para o retorno; após o produto passa por todo um processo da qualidade de testagem e quarentena, e somente depois de todo esse procedimento é liberado para o estoque. Assim sendo, 9 (nove) meses é o prazo no qual o material está no estoque com melhor validade possível. Trata-se de processo igual em todos os fabricantes, pois a esterilização do material, não é feita no Brasil.
Desde já, agradeço a atenção dispensada e aguardo breve retorno para viabilizar a nossa participação neste processo.
Atenciosamente,

Thais Calori

Assistente de Licitações

Greiner Bio-One Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda. · Avenida Affonso Pansan, n° 1967 · 13.473-620 · Americana - São Paulo · Brazil
T: +55 (19) 3113 9733 · F:
Thais.Calori@gbo.com · www.gbo.com

Informações sobre privacidade de dados

Esta comunicação pode conter informações legalmente privilegiadas, confidenciais e sua divulgação pode ser proibida. Se você não for o destinatário pretendido, observe que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Qualquer pessoa que receba esta mensagem por engano deve notificar o remetente imediatamente por telefone ou por e-mail de retorno e excluir essa comunicação inteiramente do seu computador.

This communication contains information that is legally privileged, confidential or exempt from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. Anyone who receives this message in error should notify the sender immediately by telephone or by return e-mail and delete this communication entirely from his or her computer.