



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANALISE TECNICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2025/SMCL/PVH - EQUIPE 03/SMCL

3 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

19 de novembro de 2025 às 12:59

Para: Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>, "Departamento Administrativo, SEMUSA" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>

Pregão Eletrônico nº 90089/2025/SMCL/PMPV – SRPP nº 67/2025

Proc. 00600-00028539/2025-11-e (Migrado no SEI sob o nº 002.000353/2025-56)

Objeto: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIRAS REAGENTES E LANCETAS, COM FORNECIMENTO DE APARELHO GLICOSÍMETRO , visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Senhor(a) Secretário(a) / Senhor(a) Técnico(a) da SEMUSA,

Ao tempo que cumprimento, informo que o Pregão Eletrônico nº 90095/2025/SML/PVH, encontra-se em análise da proposta e documentação de habilitação. Isto posto, encaminhamos o presente para solicitar à Vossa Senhoria, que promova análise acerca da aceitabilidade do produto ofertado na proposta de preço apresentada pela Empresa abaixo relacionada:

- **CNPJ:** 30.584.194/0001-80 – **CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS** – *Item: 1;*
- **CNPJ:** 05.885.332/0001-14 – **NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA** – *Item: 2;*
- **CNPJ:** 54.541.915/0001-33 – **MEDSHOP HOSPITALAR LTDA** – *Item 3;*

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Morais

Agente de Contratação



CROMO COMERCIO.zip



MEDSHOP HOSPITALAR LTDA.zip



NRX MEDICAL SYSTEMS.zip

Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações – SMCL
Prefeitura do Município de Porto Velho

**EDITAL PE Nº 90095.2025.pdf**

487K

Geison Felipe Costa e Silva <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

19 de novembro de 2025 às 16:45

Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>

De: "HIPERDIA SEMUSA" <hiperdiasemusa@gmail.com>
Para: "da semusa" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025 14:34:13
Assunto: Re: ANALISE TECNICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2025/SMCL/PVH - EQUIPE 03/SMCL

Boa tarde!

A Coordenação Hiperdia, DAB SEMUSA, gostaria de esclarecer no item abaixo, se a empresa está ciente que no fornecimento dos 2.907 unidades aparelhos glicosímetros terá o acréscimo dos 25%

a mais, totalizando 3.634 unidades dos aparelhos. Caso esteja ciente, estaremos de acordo.

5.7. Do Fornecimento dos Aparelhos Glicosímetros

5.7.1. A CONTRATADA deverá fornecer imediatamente aparelhos glicosímetros por paciente cadastrado no

Programa Hiperdia, sem ônus para a 2.907 (dois mil, novecentos e sete) aparelhos leitores de tiras reagentes de

acordo com a fita que for fornecida, para atender 2.907 (dois mil, novecentos e sete), referente aproximado 25% de

reserva técnica).

Os Itens da CROMO para tira estamos de acordo;
As lancetas da MEDSHOP são compatíveis e
As lancetas da NRX MEDICAL também compatíveis.

Atenciosamente,
Soraya Dalboni
Coordenação Hiperdia
DAB/SEMUSA

Em qua., 19 de nov. de 2025 às 13:37, Departamento Administrativo - SEMUSA <da.semusa@portovelho.ro.gov.br> escreveu:

De: "PREGÕES SML" <pregoes.sml@gmail.com>
Para: "Geison Silva, Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>, "Departamento Administrativo, SEMUSA" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025 12:59:34
Assunto: ANALISE TECNICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2025/SMCL/PVH - EQUIPE 03/SMCL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Att,
SORAYA DALBONI
COORDENAÇÃO DO HIPERDIA/DAB

Departamento Administrativo - SEMUSA <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

24 de novembro de 2025 às 07:51

Bom dia, encaminhamos a manifestação do Departamento, conforme solicitado.

De: "Hiperdiasemusa" <hiperdiasemusa@gmail.com>
Para: "Departamento Administrativo, SEMUSA" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025 14:34:13
Assunto: Re: ANALISE TECNICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2025/SMCL/PVH - EQUIPE 03/SMCL

Boa tarde!

A Coordenação Hiperdia, DAB SEMUSA, gostaria de esclarecer no item abaixo, se a empresa está ciente que no fornecimento dos 2.907 unidades aparelhos glicosímetros terá o acréscimo dos 25% a mais, totalizando 3.634 unidades dos aparelhos. Caso esteja ciente, estaremos de acordo.

5.7. Do Fornecimento dos Aparelhos Glicosímetros

5.7.1. A CONTRATADA deverá fornecer imediatamente aparelhos glicosímetros por paciente cadastrado no

Programa Hiperdia, sem ônus para a 2.907 (dois mil, novecentos e sete) aparelhos leitores de tiras reagentes de acordo com a fita que for fornecida, para atender 2.907 (dois mil, novecentos e sete), referente aproximado 25% de reserva técnica).

Os Itens da CROMO para tira estamos de acordo;
As lancetas da MEDSHOP são compatíveis e
As lancetas da NRX MEDICAL também compatíveis.

Atenciosamente,
Soraya Dalboni
Coordenação Hiperdia
DAB/SEMUSA

Em qua., 19 de nov. de 2025 às 13:37, Departamento Administrativo - SEMUSA <da.semusa@portovelho.ro.gov.br> escreveu:

De: "PREGÕES SML" <pregoes.sml@gmail.com>
Para: "Geison Silva, Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA" <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>, "Departamento Administrativo, SEMUSA" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025 12:59:34
Assunto: ANALISE TECNICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2025/SMCL/PVH - EQUIPE 03/SMCL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]