DESPACHO

Porto Velho, 28 de maio de 2026.

De: **DSB/SEMUSA**

Para: **Equipe 04 de Licitação**

Assunto: **Parecer Técnico Análise das Propostas Processo 005.006085/2025-56**

Senhora Pregoeira,

Trata-se da análise das propostas apresentadas no âmbito do presente certame, em especial no que se refere aos itens avaliados pela Divisão de Saúde Bucal.

Segue a relação das propostas analisadas pela Divisão de Saúde Bucal:

1- Empresa L Forastieri Machado Ltda – itens 01 e 02 (ID0982693)

Item 01 e 02 - Fotopolimerizador multifuncional com leds multiwave - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Comprimento de ondas do Equipamento ofertado está abaixo do solicitado).

2 - Empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - itens 03 e 05 (ID 0982695 e 0989066)

Item 03 - Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Devido a média de Oscilações está abaixo do solicitado).

Item 05 - Cuba ultrassônica de aço 304 AISI com capacidade de 6 litros - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Frequência está abaixo do solicitado).

3 - Empresa ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI - itens 04 e 20 (ID 0982701)

Item 04 - Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas - **Classificado.**

Item 20 - Autoclave de bancada 54 a 65 litros - **Classificado.**

4 - Empresa ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - itens 06, 07, 11, 37, 38, 39, 40, 48 e 49 (ID 0982708)

Item 06 - Cuba ultrassônica de aço 304 AISI com capacidade de 6 litros - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Frequência está abaixo do solicitado).

Item 07 - Bomba a vácuo para capacidade 02 consultórios com gabinete - Necessitamos de maiores informações:

- Qual a garantia da turbina?

- Vazão máxima de ar?

- Consumo de água?

- Capacidade para quantos consultórios?

- Tensão da placa de comando?

- Vem com gabinete?

Item 11 - Peça de mão removedor de cálculo com encaixe flex e bordem - Necessitamos de maiores informações:

- Qual tipo de Conexão?

Item 37 - Sensor Intra Oral Digital Infantil - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Resolução está abaixo do solicitado).

Item 38 - Sensor Intra Oral Digital Infantil - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Resolução está abaixo do solicitado).

Item 39 - Sensor Intra Oral Digital Adulto - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Resolução está abaixo do solicitado).

Item 40 - Sensor Intra Oral Digital Adulto - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (Resolução está abaixo do solicitado).

Item 48 - Insertos Ponteira para ultrassom - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não é do equipamento que o Munícipio já dispõe).

Item 49 - Insertos Ponteira para ultrassom - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não é do equipamento que o Munícipio já dispõe).

05 - Empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA - itens 08, 13 e 33 (ID 0982716)

Item 08 - Negatoscópio ultra slim - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não possuí as 3 posições de trabalhos: parede, mesa ou inclinado.)

Item 13 - Compressor Odontológico isento a óleo 51 litros - Necessitamos de maiores informações:

- Qual o número de motores?

- Qual a potência?

- Composição dos componentes internos?

- Possui pressostato?

- Possui Válvula de segurança?

- Quantos monômetros?

- Possui Mangueira do motor metálica e flexível?

Item 33 - Mocho odontológico - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não possuí base em alumínio)

06 - Empresa SQUADRA DO BRASIL - itens 9 e 10 (ID 0982723)

Item 09 e 10 - Mini incubadora para incubação - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possuí .)

07 - Empresa FAZ VENDAS LTDA - item 12 (ID 0982750)

Item 12 - Seladora de bancada com guilhotina acoplada - **Classificado.**

08 - Empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA - itens 14, 16, 21, 23, 25, 30, 32, 34, e 36 (ID 0982754)

Item 14 - Compressor Odontológico isento a óleo 51 litros - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não possuí rodízios e potência abaixo do solicitado.)

Item 16 - Compressor Odontológico isento a óleo 120 litros - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui potência abaixo do solicitado .)

Item 21 - Destilador de Água - O catálogo não esta anexado na proposta.

Item 23 - Peça de Mão Odontológica tipo Kit de Baixa Rotação - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui rotação mínima abaixo do solicitado .)

Item 25 - Aparelho de ultrassom com sistema pizoelétrico - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui pressão de entrada do liquido inferior ao solicitado .)

Item 30 - Caneta alta rotação - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui velocidade da rotação e pressão da entrada do ar inferior ao solicitado .

Item 32 - Cadeira Odontológica com mocho: **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui peso bruto inferior ao solicitado.)

Item 34 - Mocho odontológico - Classificado

Item 36 - Raio-X Portátil Odontológico - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui tensão da ampola inferior ao solicitado.)

09 - Empresa DENTAL MARIA LTDA - itens 17, 41 e 42 (ID 0982760)

Item 17 - Ponteira de fibra ótica para fotopolimerizador Emiter G - **Classificado**

Item 41 e 42 - Aparelho de Raios-X Odontológico – Raio-X de coluna móvel - **Classificado**

10 - Empresa ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 18 (ID 0982764)

Item 18 - Autoclave hospitalar com capacidade 100 litros - **Classificado**

11- Empresa THIAGO ACCIOLY - item 19 (ID 0982766)

Item 19 - Autoclave de bancada 54 a 65 litros - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui potência inferior ao solicitado.)

12 - Empresa DA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - itens 22, 24, 29, 31 e 35 (ID 0982769)

Item 22 - Peça de Mão Odontológica tipo Kit de Baixa Rotação - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui rotação mínima abaixo do solicitado .)

Item 24 - Aparelho de ultrassom com sistema pizoelétrico - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui pressão de entrada do liquido inferior ao solicitado .)

Item 29 - Caneta alta rotação - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui velocidade da rotação e pressão da entrada do ar inferior ao solicitado .

Item 31 - Cadeira Odontológica com mocho - Cadeira Odontológica com mocho: **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui peso bruto inferior ao solicitado.)

Item 35 - Raio-X Portátil Odontológico - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui tensão da ampola inferior ao solicitado.)

13 - Empresa E.C.S TECNOLOGIA EM SAÚDE - itens 26, 27 e 28 (ID 0982770)

Item 26 - Localizador Apical - Necessitamos de maiores informações:

- Quantos conectores labial;

- Qual tamanho da tela?

- Tela colorida?

Item 27 e 28 - Contra Ângulo - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui velocidade inferior ao solicitado.)

14 - Empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - itens 43 e 50 (ID 0982776)

Item 43 - Suporte de Parede - **Classificado**

Item 50 - Carrinho alto com caixa para Logistica Industrial - **Classificado**

15 - Empresa LIDIANE SENA DE MORAIS EPP - itens 44, 45 e 46 (ID 0982782)

Item 44 e 45 - Mesa auxiliar – gaveteiro odontológico móvel - **Classificado**

Item 46 - Assento Odontopediátrico Estofado - **Classificado**

16 Empresa ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA - item 47 (ID 0982784)

Item 47 - Termocompactador para Gutta - **Classificado**

17 - Empresa REFINAREMPRESARIALASSESSORIA - item 51 (ID 0982786)

Item 51 - Escada de alumínio com 05 degraus duplos - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui largura do degrau inferior ao solicitado.)

18 - Empresa JM COMÉRCIO LTDA - item 54 (ID 0982795)

Item 54 - Refrigerador Expositor Vertical Porta dupla - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui tamanho inferior ao solicitado.)

19 - Empresa GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - item 15 (ID 0989073)

Item 15 - Compressor Odontológico isento a óleo 120 litros - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui capacidade de litros inferior ao solicitado.)

Dessa forma, manifestamo-nos de acordo com a proposta encaminhada pela referida empresa, não havendo óbices quanto à sua aceitação.

Encaminhe-se para as providências cabíveis

Atenciosamente,

Francielli Pasquim Tolotti

Gerente da Divisão de Saúde Bucal

Documento assinado eletronicamente por **Francielli Pasquim Tolotti**, **Coordenador(a)**, em 28/05/2026, às 14:48, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **0991967** e o código CRC **3F2F2397**.



005.006085/2025-56	0991967v79