**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Divisão de Saúde Bucal - SEMUSA-DSB

**DESPACHO**

Porto Velho, 23 de junho de 2026.

De: **DSB/SEMUSA**

Para: **Equipe 04 de Licitação**

Assunto: **Parecer Técnico Análise das Propostas Processo 005.006085/2025-56**

Senhora Pregoeira,

Trata-se da análise das propostas apresentadas no âmbito do presente certame, em especial no que se refere aos itens avaliados pela Divisão de Saúde Bucal.

* Segue a relação das **Diligências** analisadas pela Divisão de Saúde Bucal:

1- Mundi Equipamentos (ID1102884)

**Item 13 - Desclassificada,** Compressor com capacidade inferior ao solicitado no Edital;

2 - Itapemed (ID1104381) (ID1104407)

**Itens 7 e 11 - Desclassificada**, as empresas autorizadas que constam no site não atuam mais em Porto Velho, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

3- E.C.S (ID1104462)

**Item 26 - Desclassificada**, pois não atende às especificações editalícias. (Tela não é colorida)

* Segue a relação das **propostas** analisadas pela Divisão de Saúde Bucal:

**01 - Empresa DL Distribuidora - itens 01 e 09 (ID1098991)**

Item 01 - Fotopolimerizador multifuncional com leds multiwave - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. ( Potência abaixo do solicitado) e o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

Item 10 - Mini incubadora - **Classificado.**

**02 - Empresa Dental Maria - itens 02, 10, 17, 41 2 42 (ID1098995)**

Item 02 - Fotopolimerizador multifuncional com leds multiwave - **DESCLASSIFICADO**, pois não atende às especificações editalícias. ( No edital a solicitação é um equipamento com 03 leds, o ofertado de acordo com o Manual possuí apenas 01 led.);

Item 10 - Mini incubadora - **Classificado;**

Item 17 - Ponteira de fibra ótica - **Classificado.**

Item 41 - Aparelho de Raios-X Odontológico – Raio-X de coluna móvel - **Classificado.**

Item 42 - Aparelho de Raios-X Odontológico – Raio-X de coluna móvel - **Classificado.**

**03 - Empresa ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI - itens 03, 04, 19 e 20 (ID 1101818)**

Item 03 - Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas - **Classificado;**

Item 04 - Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas - **Classificado;**

Item 19 - Autoclave de bancada 54 a 65 litros - **Classificado;**

Item 20 - Autoclave de bancada 54 a 65 litros - **Classificado.**

**04 - Empresa GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - itens 05, 15, 22 e 29 (ID1101877)**

Item 05 - Cuba ultrassônica - **Classificado;**

Item 15 - Compressor Odontológico isento a óleo 120 litros - **Solicitar maiores informações,** a proposta está descrita de um equipamento e o manual em anexo é com outro equipamento, compressor 50L;

Item 22 - Peça de Mão Odontológica tipo Kit de Baixa Rotação - **Classificado;**

Item 29 - Caneta alta rotação - **Classificado.**

**05 - Empresa ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA - itens 06, 47, 48, 49 e 51 (ID1101908)**

Item 06 - Cuba ultrassônica - **Classificado;**

Item 47 - Termocompactador para Gutta - **Classificado;**

Item 48 - Insertos Ponteira para ultrassom modelo Scaler - **Classificado;**

Item 49 - Insertos Ponteira para ultrassom modelo Scaler - **Classificado;**

Item 51 - Escada de alumínio com 05 degraus duplos - **DESCLASSIFICADO -** pois não atende às especificações editalícias. ( No edital a solicitação é degrau duplo, na proposta foi ofertado com degrau simples.).

**06 - Empresa MF Almeida - itens 08, 31 e 32 (ID1102170)**

Item 08 - Negatoscópio ultra slim - **Classificado;**

Item 31 e 32 - Cadeira Odontológica com mocho - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui peso bruto 137kg sendo inferior ao solicitado.)

**07 - Empresa LLST Comércio - itens 14 e 16 (ID1102345)**

Item 14 - Compressor Odontológico isento a óleo 51 litros - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta deslocamento teórico e volume do reservatório abaixo do solicitado no edital);

Item 16 - Compressor Odontológico isento a óleo 120 litros - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta potência do motor aquém do solicitado e nível de ruído mais elevado do solictado no edital).

**08 - Empresa BH DENTAL COMERCIAL LTDA - Itens 21, 34, 38 e 40 (ID1102407)**

Item 21 - Destilador de Água - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta produção por hora abaixo do solicitado no edital);

Item 34 - Mocho Odontológico - **Classificado;**

Item 38 - Sensor Intra Oral Digital Infantil - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta tamanho diferente ao solicitado no edital) e o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

Item 40 - Sensor Intra Oral Digital Adulto - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta tamanho diferente ao solicitado no edital) e o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843).

**09 - Empresa E.C.S TECNOLOGIA EM SAÚDE - itens 23 e 26 (ID1102749)**

Item 23 Peça de Mão Odontológica - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta rotação máxima abaixo do solicitado no edital);

Item 26 Localizador apical - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta apenas 01 clip labial, abaixo do solicitado no edital).

**10 - Empresa K2 Industria - item 30 (ID1102810)**

Item 30 - Caneta alta rotação - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta Pressão de entrada de ar abaixo do solicitado no edital);

**11- Empresa Dentemed - itens 33, 37 e 39 (ID1102849)**

Item 33 - Mocho Odontológico - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado na proposta e o que esta no folder anexado **não possuí** base em alumínio conforme solicitado no edital);

Item 37 - Sensor Intra Oral Digital Infantil - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta tamanho diferente ao solicitado no edital) e o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

Item 39 - Sensor Intra Oral Digital Adulto - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado apresenta tamanho diferente ao solicitado no edital) e o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843).

**12 - Empresa MS Comércio LTDA - itens 35 e 36 (ID1102849)**

Item 35 e 36 - Raio-X Portátil Odontológico - **Desclassificado -** pois não atende às especificações editalícias. (O modelo ofertado na proposta apresenta ponto focal maior e saída de potência aquém do que foi solicitado no edital);

Encaminhe-se para as providências cabíveis

Atenciosamente,

**Francielli Pasquim Tolotti**
Gerente da Divisão de Saúde Bucal

Documento assinado eletronicamente por **Francielli Pasquim Tolotti**, **Coordenador(a)**, em 23/06/2026, às 18:58, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **1119621** e o código CRC **0B7CC7CC**.

| | |
|---|---|
| **Referência:** Processo nº 005.006085/2025-56 | SEI nº 1119621 |