PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Divisão de Saúde Bucal - SEMUSA-DSB

DESPACHO

Porto Velho, 06 de julho de 2026.

De: DSB/SEMUSA

Para: Equipe 04 de Lictação

Assunto: Parecer Técnico Análise das Propostas Processo 005.006085/2025-56

Senhora Pregoeira,

Trata-se da análise das propostas apresentadas no âmbito do presente certame, em especial no que se refere aos itens avaliados pela Divisão de Saúde Bucal.

Segue a relação das propostas analisadas pela Divisão de Saúde Bucal:

1 - Empresa ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - itens 24, 25, 26, 27 e 28 (ID 1160035)

Itens 24 e 25 - **Desclassificados -** Ultrassom - com quantidade de insertos inferior ao solicitado no Edital;

Item 26 - **Desclassificado -** Localizador Apical - o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

Itens 27 e 28 - **Desclassificados** - Motor Endodôntico, **,** o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

2 - Empresa ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI - Itens 7, 38, e 40 (ID1160093)

Item 07 - **Classificado -** Bomba a Vácuo ;

Item 38 - **Classificado -** Sensor Intra Oral Infantil;

Item 40 - **Classificado -** Sensor Intra Oral Adulto;

3 - Empresa DENTAL MARIA LTDA Itens 01, 30 , 31, 32 e 33 (ID1160952)

Item 01 - **Classificado -** Fotopolimerizador;

Item 30 - **Desclassificado** - Caneta de Alta Rotação - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui velocidade da rotação e pressão da entrada do ar inferior ao solicitado);

Itens 31 e 32 - **Desclassificado** - Cadeira Odontológica - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui apenas 01 terminal saída de alta rotação, quando o solicitado no edital são dois, referente a mangueira sugador o modelo oferta apenas 01 e o edital são 02);

Item 33 - **Desclassificado** - Mocho Odontológico - Pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não possui base em alumínio conforme solicitado no edital);

3 - Empresa GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA Itens 37 e 39 (ID1160111)

Item 37 - **Classificado -** Sensor Intra Oral Infantil;

Item 39 - **Classificado -** Sensor Intra Oral Adulto;

4 - Empresa K2 Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda Itens 23 e 30 (ID1160129)

Item 23 - **Desclassificado** - Peça de mão - kit baixa rotação - Pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui consumo de ar inferior ao solicitado, no manual esta 52NL/min e o solicitado é 65NL/min e a rotação do contra ângulo é inferior ao solicitado no edital);

Item 30 - **Desclassificado** - Caneta de Alta Rotação - Pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui Pressão de entrada de ar e Rotação média inferior ao solicitado no edital);

5 - Empresa NRX MEDICAL SYSTEMS Item 11 (ID1160138)

Item 11 - Item 30 - **Desclassificado** - Peça de mão - Pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui Pressão de ar inferior ao solicitado no edital);

6 - Empresa REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA Itens 14 e 16 (ID1160160)

Item 14 - **Desclassificado** - Compressor 51lts - Pois não atende às especificações editalícias. (o modelo que está no catalogo anexado a proposta é com capacidade de 265 litros);

Item 16 - **Desclassificado** - Compressor 120lts - Pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado apresenta deslocamento de ar inferior ao solicitado e dimensões muito além do que é solicitado, nossas unidades não possuí infraestruturas que comportem o equipamento);

7 Empresa E.C.S Tencologia em Saude, comercio , importação e exportação. Itens 35 e 36 (ID1160173)

Itens 35 e 36 - **Classificado** - Raio X Portátil;

8 - Empresa L Forastieri Machado Ltda Item 21 (ID1160249)

Item 21 - **Desclassificado** - Destilador de água - o Município de Porto Velho não possuí assistência a marca ofertada, conforme Edital 4.7.4 (ID0530843);

Encaminhe-se para as providências cabíveis

Atenciosamente,

Francielli Pasquim Tolotti
Gerente da Divisão de Saúde Bucal

Documento assinado eletronicamente por **Francielli Pasquim Tolotti**, **Coordenador(a)**, em 06/07/2026, às 12:03, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **1172606** e o código CRC **E4011C7C**.

Referência: Processo nº 005.006085/2025-56	SEI nº 1172606

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Divisão de Saúde Bucal - SEMUSA-DSB

DESPACHO

Porto Velho, 07 de julho de 2026.

De: DSB/SEMUSA

Para: Equipe 04 de Licitação

Assunto: Parecer Técnico Análise das Propostas Processo 005.006085/2025-56

Senhora Pregoeira,

Trata-se da análise das propostas apresentadas no âmbito do presente certame, em especial no que se refere aos itens avaliados pela Divisão de Saúde Bucal.

Segue a Complementação da relação das propostas analisadas pela Divisão de Saúde Bucal:

1- Empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Itens 13 e 15 (ID1160078)

Item 13 - **Desclassificado** - Compressor 51 lts - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não possuí rodízios e potência abaixo do solicitado);

Item 15 - **Desclassificado** - Compressor 120 lts - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui potência abaixo do solicitado);

Encaminhe-se para as providências cabíveis

Atenciosamente,

Francielli Pasquim Tolotti
Gerente da Divisão de Saúde Bucal

Documento assinado eletronicamente por **Francielli Pasquim Tolotti**, **Coordenador(a)**, em 07/07/2026, às 09:04, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **1179507** e o código CRC **112E9048**.

Referência: Processo nº 005.006085/2025-56	SEI nº 1179507