PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Divisão de Saúde Bucal - SEMUSA-DSB

DESPACHO

Porto Velho, 23 de julho de 2026.

De: DSB/SEMUSA

Para: Equipe 04 de Licitação

Assunto: Parecer Técnico Análise das Propostas Processo 005.006085/2025-56

Senhora Pregoeira,

Trata-se da análise das propostas apresentadas no âmbito do presente certame, em especial no que se refere aos itens avaliados pela Divisão de Saúde Bucal.

Segue a relação das propostas analisadas pela Divisão de Saúde Bucal:

1- Empresa DENTAL MARIA LTDA Itens 11 e 23 (ID1263069)

Item 11 - **Classificado** - Peça de mão removedor de Cálculo;

Item 23 - **Classificado** - Micro motor e conta ângulo;

2- Empresa GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA Itens 31 e 33 (ID1263081)

Item 31 - **Desclassificado** - Cadeira Odontológica - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possui peso bruto inferior ao solicitado);

Item 33 - **Desclassificado** - Mocho Odontológico - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado não possuí base em alumínio);

3- Empresa MF DE ALMEIDA Item 30 (ID1263078)

Item 30 - **Desclassificado** - Caneta de alta rotação - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possuí rotação inferior ao solicitado);

4- Empresa E.C.S TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO Itens 21 e 25 (ID1263077)

Item 21 - **Classificado** - Destilador de água;

Item 25 - **Desclassificado** - Aparelho de Ultrassom - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possuí quantidades de insertos inferior ao solicitado);

5- Empresa SIERDOVSKI Itens 13 e 24 (ID1263077)

Item 13 - **Classificado** - Compressor Odontológico;

Item 24 - **Desclassificado** - Aparelho de Ultrassom - pois não atende às especificações editalícias. (o modelo ofertado possuí quantidades de insertos inferior ao solicitado);

6 - Empresa :A3 EQUIPAMENTOS Item 16 (ID1263075)

Item 16 - **Desclassificado** - Compressor Odontológico - O equipamento ofertado apresenta características significativamente superiores às especificadas, não atendendo à necessidade da Administração, uma vez que o dimensionamento dos equipamentos foi definido com base na demanda operacional e na infraestrutura disponível;

Ressalta-se que a Administração não está obrigada a aceitar equipamento com especificações diversas das previstas no edital, ainda que superiores em determinados aspectos, quando tais características

comprometem a adequação ao uso pretendido ou extrapolam as necessidades do órgão.

7- Empresa NRX MEDICAL Item 15 (ID1263073)

Item 15 - **Desclassificado** - Compressor Odontológico - Não encontrado a descrição da proposta na página anexada da Marca FIAC.

Atenciosamente,

Francielli Pasquim Tolotti
Gerente da Divisão de Saúde Bucal

Documento assinado eletronicamente por **Francielli Pasquim Tolotti**, **Coordenador(a)**, em 23/07/2026, às 10:00, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **1271601** e o código CRC **F5560421**.

Referência: Processo nº 005.006085/2025-56	SEI nº 1271601